



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



Processo Administrativo nº 670600/2020

Pregão Eletrônico nº 30/2020

1ª ERRATA AO EDITAL

Pregão Eletrônico 30/2020

(PROCESSO N.670600 /2020)

O Município de Várzea Grande, através do **Fundo Municipal de Saúde**, neste ato representado pelo Secretário de Saúde o senhor **Diógenes Marcondes**, por intermédio do Pregoeira Oficial designada pela Portaria n. 13/2020, no uso de suas atribuições legais, torna público para o conhecimento dos interessados a modificação no edital **N.30/2020, Termo de Referência Anexo I do edital, em virtude de correções no descritivo como segue**; em conformidade com a Lei Federal. 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal. 8.666 de 21 de junho de 1993 e pelas Leis Complementares. 123/2006, 147/2014 e 155/2016, Decretos Federais nº. 3.555/2000 7.892/2013, 9.488/2018 e 10.024/2019, Leis Municipais nº. 3.515/2010 e 4.092/2015 Decretos Municipais nº. 09/2010, 32/2005, 86/2018 e 54/2019 e suas alterações, e demais legislações complementares, e condições estabelecidas neste Edital, sua alteração, resolve promover a seguinte **RETIFICAÇÃO**.

EDITAL.

ONDE SE LÊ:

Item 10.12.4 do Termo de Referência **ONDE SE LÊ:**

10.12.4. Declaração de que a licitante prestará assistência técnica e/ou terá técnico responsável na Região (Cuiabá e/ou Várzea Grande) e o suporte técnico, conforme indicam os manuais de operação e de serviços do fabricante e normas técnicas específicas, a fim de manter os equipamentos em perfeitas condições de uso, sem qualquer ônus adicional para o CONTRATANTE, enquanto vigorar o período de garantia.

LEIA - SE:

10.12.4. Declaração de que a licitante prestará assistência técnica e/ou terá técnico responsável na Região (Cuiabá e/ou Várzea Grande) e o suporte técnico, conforme indicam os manuais de operação e de serviços do fabricante e normas técnicas específicas, **se realize Treinamento Técnico e Operacional para os equipamentos médicos**, fim de manter os equipamentos em perfeitas condições de uso, sem qualquer ônus adicional para o CONTRATANTE, enquanto vigorar o período de garantia.

Informo que também que a o descritivo do Termo de Referencia do equipamento hospitalar

ONDE SE LÊ:

TEM 2	MONITOR MULTIPARAMETRO PARA USO EM PACIENTES DE UTI ADULTO COM TELA DE CRISTAL LIQUIDO DE ALTA RESOLUÇÃO DE TAMANHO MINIMO DE 14"(DIAGONAL) INCORPORADO INTERNAMENTE AO EQUIPAMENTO, BATERIA COM DURAÇÃO DE OPERAÇÃO SUPERIOR A 60 MINUTOS, ALIMENTAÇÃO COM CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO 110/220V, SISTEMA PARA COMUNICAÇÃO VIA CABO COM OUTROS EQUIPAMENTOS DE UTI COMO BOMBA DE INFUSÃO E VENTILADORES E DEVE POSSUIR UM MODULO DE REGISTRADOR TÉRMICO PARA IMPRESSÃO. CONTROLE DO MONITOR POR MEIO DE TECLADO, BOTÃO ROTACIONAL /OU MOUSE INCORPORADO AO EQUIPAMENTO. INTERLIGAÇÃO COM CENTRAL DE MONITORAÇÃO POR MEIO DE LIGAÇÃO EM REDE ETHERNET 100 MB. O MONITOR DEVE POSSUIR RECURSOS PARA REALIZAR CAPTURA AUTOMÁTICA DE IMAGENS DE EXAMES E PARÂMETROS FISIOLÓGICOS, O EQUIPAMENTO DEVE VIR PRÉ-CONFIGURADO COM ECG, DETECÇÃO DE ARRITIMIA, RESPIRAÇÃO, SPO2 E PRESSÃO NÃO INVASIVA E TEMPERATURA. MÓDULO DE ECG QUE POSSIBILITE A VISUALIZAÇÃO SIMULTÂNEA DE 3 CANAIS, FILTROS DIGITAIS PARA INTERFERÊNCIA DE
-------	---



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



Processo Administrativo nº 670600/2020

Pregão Eletrônico nº 30/2020

REDE ELÉTRICA E TREMORES MUSCULARES, PROTEÇÃO DO PACIENTE CONTRA MICROELETROCUÇÃO, DESCARGA DE DESFIBRILADOR E RF, DETECÇÃO DE ARRITIMIA E ANÁLISE DO SEGMENTO ST REALIZADA EM ATÉ 2 CANAIS, SIMULTANEAMENTE PARA DUAS DERIVAÇÕES MONITORADAS, APRESENTADO SEU RESULTADO EM CURVA DE TENDÊNCIA, RECONHECIMENTO DE PULSO DE MARCAPASSO, ELETRODO SOLTO E TREMOR MUSCULAR, SINCRONISMO PARA DESFIBRILADOR PARA CARDIOVERSÃO ASSISTIDA, APRESENTAÇÃO DA CURVA DE RESPIRAÇÃO E DO CARDIORESPIROGRAMA POR MEIO DE BIOIMPEDÂNCIA, CABO DE PACIENTE ÚNICO PARA ENCAIXE DE KIT RABICHO ADULTO. MÓDULO DE OXIMETRIA DE PULSO PARA USO EM PACIENTE ADULTO, QUE POSSIBILITE A INDICAÇÃO NUMÉRICA DOS VALORES DE SATURAÇÃO E PULSO E APRESENTAÇÃO DA CURVA DE SATURAÇÃO DE SPO2. ACOMPANHA SENSOR FABRICADO EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA E SENSOR TIPO Y COM CLIP DE ORELHA E VELCRO. MÓDULO DE PRESSÃO NÃO INVASIVA QUE EFETUA MEDIÇÃO PELO MÉTODO OSCILOMÉTRICO, INDICAÇÃO NUMÉRICA DAS PRESSÕES SISTÓLICA, MÉDIA E DIASTÓLICA EM MMHG. MEDIÇÃO AUTOMÁTICA COM PROGRAMAÇÃO DE INTERVALOS DE 1 A 180 MINUTOS OU MÉDIA MANUAL POR TECLA INDICADA, MEDIDA AUTOMÁTICA EM CASO DE ACIONAMENTO DE ALARME. ACOMPANHA MANGUEIRA DE VIA DUPLA COM 2 BRAÇADEIRAS ADULTO E 2 BRAÇADEIRAS PARA OBESO. MÓDULO DE TERMÔMETRO DIGITAL. **SISTEMA DE MEDIÇÕES AUTO-CALIBRADO, NÃO REQUERENDO CALIBRAÇÕES DE MANUTENÇÃO**, 2 CANAIS DE TEMPERATURA (T1 E T2), ALARMES PARA ALTA E BAIXA TEMPERATURA, MENSAGEM INDICATIVA DE SENSOR FORA DE FAIXA; FAIXA DE MEDIÇÃO DE 15 A 44°C; RESOLUÇÃO DE 0,1°C; PRECISÃO DE 0,2° C; COM SENSORES ESOFÁGICOS, RETAL E CUTÂNEO. O EQUIPAMENTO DEVE SER MODULAR COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA ACOPLAMENTO DE 5 MÓDULOS DE MANEIRA INTERCAMBIÁVEL, DESCRITOS A SEGUIR: APRESENTAR BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO, CERTIFICADO COM NÚMERO DE REGISTRO DO PRODUTO VÁLIDO E SEM QUALQUER RESTRIÇÃO APRESENTADA PELA ANVISA. UNIDADE.

LEIA - SE

MONITOR MULTIPARAMETRO PARA USO EM PACIENTES DE UTI ADULTO COM TELA DE CRISTAL LÍQUIDO DE ALTA RESOLUÇÃO DE TAMANHO MÍNIMO DE 14"(DIAGONAL) INCORPORADO INTERNAMENTE AO EQUIPAMENTO, BATERIA COM DURAÇÃO DE OPERAÇÃO SUPERIOR A 60 MINUTOS, ALIMENTAÇÃO COM CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO 110/220V, SISTEMA PARA COMUNICAÇÃO VIA CABO COM OUTROS EQUIPAMENTOS DE UTI COMO BOMBA DE INFUSÃO E VENTILADORES E DEVE POSSUIR UM MÓDULO DE REGISTRADOR TÉRMICO PARA IMPRESSÃO. CONTROLE DO MONITOR POR MEIO DE TECLADO, BOTÃO ROTACIONAL /OU MOUSE INCORPORADO AO EQUIPAMENTO. INTERLIGAÇÃO COM CENTRAL DE MONITORAÇÃO POR MEIO DE LIGAÇÃO EM REDE ETHERNET 100 MB. O MONITOR DEVE POSSUIR RECURSOS PARA REALIZAR CAPTURA AUTOMÁTICA DE IMAGENS DE EXAMES E PARÂMETROS FISIOLÓGICOS, O EQUIPAMENTO DEVE VIR PRÉ-CONFIGURADO COM ECG, DETECÇÃO DE ARRITIMIA, RESPIRAÇÃO, SPO2 E PRESSÃO NÃO INVASIVA E TEMPERATURA. MÓDULO DE ECG QUE POSSIBILITE A VISUALIZAÇÃO SIMULTÂNEA DE 3 CANAIS, FILTROS DIGITAIS PARA INTERFERÊNCIA DE REDE ELÉTRICA E TREMORES MUSCULARES, PROTEÇÃO DO PACIENTE CONTRA MICROELETROCUÇÃO, DESCARGA DE DESFIBRILADOR E RF, DETECÇÃO DE ARRITIMIA E ANÁLISE DO SEGMENTO ST REALIZADA EM ATÉ 2 CANAIS, SIMULTANEAMENTE PARA DUAS DERIVAÇÕES MONITORADAS, APRESENTADO SEU RESULTADO EM CURVA DE TENDÊNCIA, RECONHECIMENTO DE PULSO DE MARCAPASSO, ELETRODO SOLTO E TREMOR MUSCULAR, SINCRONISMO PARA DESFIBRILADOR PARA CARDIOVERSÃO ASSISTIDA, APRESENTAÇÃO DA CURVA DE RESPIRAÇÃO E DO CARDIORESPIROGRAMA POR MEIO DE BIOIMPEDÂNCIA, CABO DE PACIENTE ÚNICO PARA ENCAIXE DE KIT RABICHO ADULTO. MÓDULO DE OXIMETRIA DE PULSO PARA USO EM PACIENTE ADULTO, QUE POSSIBILITE A INDICAÇÃO NUMÉRICA DOS VALORES DE SATURAÇÃO E PULSO E APRESENTAÇÃO DA CURVA DE SATURAÇÃO DE SPO2. ACOMPANHA SENSOR FABRICADO EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA E SENSOR TIPO Y COM CLIP DE ORELHA E VELCRO. MÓDULO DE PRESSÃO NÃO INVASIVA QUE EFETUA MEDIÇÃO PELO MÉTODO OSCILOMÉTRICO, INDICAÇÃO NUMÉRICA DAS PRESSÕES SISTÓLICA, MÉDIA E DIASTÓLICA EM MMHG. MEDIÇÃO AUTOMÁTICA COM PROGRAMAÇÃO DE INTERVALOS DE 1 A 180 MINUTOS OU MÉDIA MANUAL POR TECLA INDICADA, MEDIDA AUTOMÁTICA EM CASO DE ACIONAMENTO DE ALARME. ACOMPANHA MANGUEIRA DE VIA DUPLA COM 2 BRAÇADEIRAS ADULTO E 2 BRAÇADEIRAS PARA OBESO. MÓDULO DE TERMÔMETRO DIGITAL, 2 CANAIS DE TEMPERATURA (T1 E T2), ALARMES PARA ALTA E BAIXA TEMPERATURA, MENSAGEM INDICATIVA DE SENSOR FORA DE FAIXA; FAIXA DE MEDIÇÃO DE 15 A 44°C; RESOLUÇÃO DE 0,1°C; PRECISÃO DE 0,2° C; COM SENSORES ESOFÁGICOS, RETAL E CUTÂNEO. O EQUIPAMENTO DEVE SER MODULAR COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA ACOPLAMENTO DE 5 MÓDULOS DE MANEIRA INTERCAMBIÁVEL, DESCRITOS A



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



Processo Administrativo nº 670600/2020

Pregão Eletrônico nº 30/2020

SEGUIR:APRESENTAR BOAS PRATICAS DE FABRICAÇÃO, CERTIFICADO COM NUMERO DE REGISTRO DO PRODUTO VALIDO E SEM QUALQUER RESTRIÇÃO APRESENTADA PELA ANVISA. UNIDADE.
--

Ratificam-se os demais itens e cláusulas do Edital.

Tendo em vista que a alteração não prejudica os licitantes.

Prazo do certame permanecerá na data prevista no edital.

Várzea Grande-MT, 23 de junho de 2020.

Diógenes Marcondes

Secretário de Saúde/SMS