**PROC. ADM. Nº.** 753231/2021 **PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 34/2021**

**1ª ANÁLISE E JULGAMENTO DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO**
**PREGÃO ELETRONICO N.34/2021**

## I – PRELIMINAR

Trata-se da análise e julgamento dos documentos de habilitação e aceitabilidade das propostas de preços das empresas participantes do Pregão Eletrônico nº 34/2021, que tem por **objeto:** REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES,** DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VÁRZEA GRANDE-MT.

A sessão de abertura do certame em tela ocorreu **em 08/10/2021 às 10h00min (horário de Brasília)**, de forma eletrônica pela Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil (www.bllcompras.org.br), com critério de julgamento **MENOR PREÇO POR ITEM,** havia 11 (onze) para disputa, porem sendo admitido apenas 01 (um) licitante vencedor para o item.

Pautados pelos princípios licitatórios, na data prevista foi aberto o certame nas condições estabelecidas no Edital, e seus anexos, na oportunidade 17 (dezessete) empresa cadastraram proposta com intenção de contratar com esta municipalidade, como se segue:

**São participantes deste certame as empresas:**

| Participante | CNPJ |
|---|---|
| C E CARVALHO COMERCIAL ME | 24864422000173 |
| VS COSTA E CIA LTDA | 05286960000183 |
| OBJET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI ME | 18917693000147 |
| STERMAX PRODUTOS MÉDICOS EIRELI | 84859552000220 |
| CIRURGICA MM HOSPITALAR LTDA | 17059112000110 |
| 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - ME | 15631700000151 |
| ASSUM PRETO PRODUÇÕES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELI | 10462477000142 |
| M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | 31499939000176 |
| COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA. | 95433397000111 |
| ODONTOESTE LTDA ME | 12632841000109 |
| MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS EIRELLI-ME | 20371330000109 |
| ARTMED INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PRODUTOS HOSPITALARES | 01468855000104 |
| ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI | 07554943000105 |
| PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 34444108000195 |
| SALVI E LOPES E CIA LTDA. | 82478140000134 |
| MEDMASTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 03323841000128 |
| HOSPIMETAL INDUSTRIA METALURGICA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 54178983000180 |

**Após a finalização da disputa de lances do processo, sagrou-se como vencedora as licitantes:**

MEDMASTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, ITENS 1, 6.

ASSUM PRETO PRODUÇÕES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELI, itens 2, 4, 5,7.

M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, itens 3.

ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI, itens 8, 9, 10.

C E CARVALHO COMERCIAL ME. Item 11.

Destaque-se Este certame será regido pela Lei Federal. 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal. 8.666 de 21 de junho de 1993 e pelas Leis Complementares. 123/2006, 147/2014 e 155/2016, Decretos Federais nº. 3.555/2000, 7.892/2013, 9.488/2018 e 10.024/2019, Leis Municipais nº. 3.515/2010 e 4.092/2015, Decretos Municipais nº. 09/2010, 32/2005, 86/2018 e 54/2019 e suas alterações, e demais legislações complementares, e condições estabelecidas neste Edital, e seus anexos.

## II – DA ANÁLISE E DO PARECER

Cumpre registrar, que em sede de licitação, todos os atos da Administração devem sempre almejar o atendimento ao Princípio da Isonomia, da Vinculação ao Instrumento Convocatório e da Legalidade e que o julgamento das situações encontradas durante a análise dos documentos, será sempre precedido de razoabilidade e proporcionalidade, visando ampliar a competição e seleção da proposta mais vantajosa para o município.

Seguindo o tramite processual a Pregoeira e Equipe, nomeados pela Portaria nº 02/2021, se reuniram para realização da análise demais, documentos de habilitação da empresa vencedora neste certame, bem como diligenciou a fins de autenticidade todos os documentos apresentados.

Da análise documental, constatou que a empresa abaixo enviou o envelope contendo os documentos referentes à habilitação e proposta e foram recebidos dentro do prazo legal exigido no edital do pregão eletrônico, como se segue:

Os documentos de habilitação técnica das empresas foram encaminhados para equipe técnica da Secretaria de Saúde, para analise. Segue parecer técnico anexo.

## III – DA DECISÃO

Destarte a análise e observações sobrescritas acima esta pregoeira acolhe o parecer técnico emitido pelo setor responsável e decide:

**DECLARAR HABILITADAS AS EMPRESAS ABAIXO POR ATENDER TODOS OS REQUISITOS DO EDITAL.**

M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, **itens 3 APROVADO.**

ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI, **itens 8, 9, 10. APROVADOS.**

C E CARVALHO COMERCIAL ME, **Item 11 REPROVADO conforme análise técnica anexo.**

**DECLARAR INABILITADAS AS EMPRESAS ABAIXO RELACIONADAS;**

**MEDMASTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, ITENS 1, 6.**

**a)** Atestado de capacidade técnica não atende as exigências do edital nos itens -8.2.5.5 e 8.2.5.6, conforme parecer técnico anexo.

**b)** As especificações técnicas do equipamento não conferem com o edital, conforme parecer técnico anexo.

**ASSUM PRETO PRODUÇÕES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELI.**

**Item 02-** a empresa deixou de atender os itens descritos a seguir do edital;

**a)** Item **8.2.5.6**, o atestado apresentado pela empresa não atende o solicitado no edital, conforme parecer técnico anexo.

**b) Item 8.2.11.4**, deixou de encaminhar declaração de que os produtos/aparelhos solicitados deverão ter no mínimo 12 (doze) meses de garantia.

**c) Item 8.2.11.8**, certificado do registro do produto do s itens 1, 2, 3, 5 e 6 no Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e tecnologia- INMETRO.

**d) Item 8.2.11.9**, as especificações técnicas do equipamento não conferem com o edital, conforme parecer técnico anexo.

**Item 04:**

**a)** Item **8.2.5.6**, o atestado apresentado pela empresa não atende o solicitado no edital, conforme parecer técnico anexo.

**b) Item 8.2.11.4**, deixou de encaminhar declaração de que os produtos/aparelhos solicitados deverão ter no mínimo 12 (doze) meses de garantia.

**c) Item 8.2.5.12.3**, A empresa deverá apresentar manuais, catálogos, originais do fabricante, em português ou traduzido, contendo informações que permitam identificar as características técnicas, para melhor visualização do objeto, onde o mesmo passará pela avaliação da equipe técnica.

**Item 05:**

**a)** Item **8.2.5.6**, o atestado apresentado pela empresa não atende o solicitado no edital, conforme parecer técnico anexo.

**b) Item 8.2.11.4**, deixou de encaminhar declaração de que os produtos/aparelhos solicitados deverão ter no mínimo 12 (doze) meses de garantia.

**c) Item 8.2.11.8**, certificado do registro do produto do s itens 1, 2, 3, 5 e 6 no Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e tecnologia- INMETRO.

**d) Item 8.2.11.9**, as especificações técnicas do equipamento não conferem com o edital, conforme parecer técnico anexo.

**Item 07:**

**a)** Item **8.2.5.6**, o atestado apresentado pela empresa não atende o solicitado no edital, conforme parecer técnico anexo.

**b) Item 8.2.5.11.2 Certificado de Registro de produto/aparelho em relação aos itens 7, 8 e 11**, emitido pela ANVISA/MS em vigor ou cópia da respectiva publicação no Diário Oficial da União – DOU relativa ao registro do produto/aparelho.

**c) Item 8.2.11.6**, Declaração de que os produtos/aparelhos referente ao item 7 solicitados deverão ter no mínimo 24 (vinte e quatro) meses de garantia.

**d) Item 8.2.11.9,** o folder apresentado pela empresa não atende o descritivo do edital,conforme parecer técnico anexo.

**PROC. ADM. Nº.** 753231/2021 **PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 34/2021**

I. **CONVOCAR**, a licitante remanescente para os itens 1, 2, 4, 5, 6, 7,11 manifestação de aceite de arremate conforme convocação individual na plataforma do sistema BLL, a não manifestação é passivo de desclassificação e convocação de demais licitantes conforme preceitua o edital.

II. **INFORMAR** que assegurando o contraditório e a ampla defesa aqueles licitantes que tiverem interesse em manifestar recurso contra a decisão proferida por esta pregoeira, informo que a fase recursal só será aberta após a finalização da fase de habilitação/negociação com a empresa remanescente, analise e seja declarado os vencedores do processo conforme preceitua o edital.

**III INFORMAR** que os autos do processo administrativo permanecerão com vistas e/ou cópia franqueada aos interessados na Superintendência de Licitações, nos dias úteis, das 08h às 12h, sito à Avenida da FEB, nº 2.138, Bairro da Manga, Várzea Grande – MT – 78.115-904 – Fone (65) 3632-1500, conforme disposto no Art. 7º da Lei de Acesso à Informação (LAI), nº 12.527 de 18 de novembro de 2011.

Visando o princípio da transparência e publicidade todos os licitantes participantes deste processo, serão informados pelo site do município e plataforma do BLL de todas as fases do certame.

A disposição para quaisquer dúvidas e ou esclarecimentos.

Várzea Grande - MT, 10 de novembro de 2021.

**Francisca Luzia de Pinho**
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE
VÁRZEA GRANDE
Mais por Você. Mais por Várzea Grande.

SUS SECRETARIA DE SAÚDE

| DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: | | | |
|---|---|---|---|
| **PREGÃO: 034/2021.** | | **LOTE/ITEM: 03** | |
| **PRODUTO: BALANÇA DIGITAL OBESO** | | **MARCA: LIDER – MODELO P300C** | |
| **FORNECEDOR: M.K.R COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI** | | | |
| **DOCUMENTAÇÃO** | **ENTREGUE** | | **OBSERVAÇÃO** |
| | **SIM** | **NÃO** | |
| **8.2.5.1** A licitante deverá apresentar atestado de Capacidade Técnica expedido por pessoa jurídica de direito Público ou Privado, que comprovem a aquisição do equipamento no fornecimento de objeto similar ao especificado nesta licitação. | X | | |
| **8.2.11.4** Declaração de que os produtos/aparelhos solicitados deverão ter no mínimo 12 (doze) meses de garantia. | X | | |
| **8.2.11.8** Certificado do registro do produto do item 1, 2, 3, 5 e 6 no Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Tecnologia – INMETRO. | X | | |
| **8.2.11.9** Apresentar Catálogo/folder, Manual de Operação e Manual Técnico de Manutenção (com foto) em português ou com tradução do texto para língua portuguesa, com descrição detalhada do modelo/marca, características, especificações técnicas e outras informações que possibilitem a avaliação pela Equipe Técnica. | X | | |
| **PARECER TÉCNICO FINAL**<br>**APROVADO** | | | |
| Recebi em 05/11/21<br>Ás 16:35 horas<br>Ass: | Franziele Arruda Noiasco<br>Nutricionista-CRN 6748<br>**RESPONSÁVEL TÉCNICO AVALIADOR** | | |

Várzea Grande, 03 de Novembro de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
VÁRZEA GRANDE
Mais por Você. Mais por Várzea Grande.

SUS SECRETARIA DE SAÚDE

| DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: | | | |
|---|---|---|---|
| **PREGÃO: 034/2021.** | | **LOTE/ITEM: 08** | |
| **PRODUTO: MACA DE TRANSPOSIÇÃO** | | **MARCA: ALFRS – MODELO ALF CM 04** | |
| **FORNECEDOR: ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI EPP** | | | |
| **DOCUMENTAÇÃO** | **ENTREGUE** | | **OBSERVAÇÃO** |
| | **SIM** | **NÃO** | |
| **8.2.5.1** A licitante deverá apresentar atestado de Capacidade Técnica expedido por pessoa jurídica de direito Público ou Privado, que comprovem a aquisição do equipamento no fornecimento de objeto similar ao especificado nesta licitação. | X | | |
| **8.2.5.11.2** Certificado de Registro de produto/aparelho em relação aos itens 7, 8 e 11, emitido pela ANVISA/MS em vigor ou cópia da respectiva publicação no Diário Oficial da União – DOU relativa ao registro do produto/aparelho. | X | | |
| **8.2.11.6** Declaração de que os produtos/aparelhos solicitados deverão ter no mínimo 12 (doze) meses de garantia. | X | | |
| **8.2.11.9** Apresentar Catálogo/folder ou Manual de Operação e/ou Manual Técnico de Manutenção (com foto) nos itens 1, 2, 3, 5, 7, 8 e 11, em português ou com tradução do texto para língua portuguesa, com descrição detalhada do modelo/marca, características, especificações técnicas e outras informações que possibilitem a avaliação pela Equipe Técnica. | X | | |
| **PARECER TÉCNICO FINAL** | | | |
| **APROVADO** | | | |
| **RESPONSÁVEL TÉCNICO AVALIADOR** | | | |

Recebi em 05/11/21
Às 16:35 horas
Ass:

Delaine Adele N. Noya
Enfermeira
COREN MT: 311.654

Várzea Grande, 04 de Novembro de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
VÁRZEA GRANDE
Mais por Você. Mais por Várzea Grande.

SUS SECRETARIA DE SAÚDE

| DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: | | | |
|---|---|---|---|
| **PREGÃO: 034/2021.** | | **LOTE/ITEM: 09** | |
| **PRODUTO: MACA HOSPITALAR DE AÇO INOXIDÁVEL** | | **MARCA: ALFRS – MODELO ALF CM I 01** | |
| **FORNECEDOR: ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI EPP** | | | |
| **DOCUMENTAÇÃO** | **ENTREGUE** | | **OBSERVAÇÃO** |
| | **SIM** | **NÃO** | |
| **8.2.5.1** A licitante deverá apresentar atestado de Capacidade Técnica expedido por pessoa jurídica de direito Público ou Privado, que comprovem a aquisição do equipamento no fornecimento de objeto similar ao especificado nesta licitação. | X | | |
| **8.2.5.12.3** A empresa deverá apresentar manuais, catálogos, originais do fabricante, em português ou traduzido, contendo informações que permitam identificar as características técnicas, para melhor visualização do objeto, onde o mesmo passará pela avaliação da equipe técnica. | X | | |
| | | | |
| | | | |
| **PARECER TÉCNICO FINAL**<br>**APROVADO** | | | |
| **RESPONSÁVEL TÉCNICO AVALIADOR**<br>Delaine Hatche N. Noya<br>Enfermeira<br>COREN-MT: 211.654 | | | |

Recebi em 05/11/21
Às 16:35 horas
Ass:

Várzea Grande, 04 de Novembro de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
VÁRZEA GRANDE
Mais por Você. Mais por Várzea Grande.

SUS SECRETARIA DE SAÚDE

| DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: | | | |
|---|---|---|---|
| **PREGÃO: 034/2021.** | | **LOTE/ITEM: 10** | |
| **PRODUTO: MACA HOSPITALAR DE AÇO INOXIDÁVEL – OBESO 250 KG** | | **MARCA: ALFRS – MODELO ALF CM I 01/KG** | |
| **FORNECEDOR: ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI EPP** | | | |
| **DOCUMENTAÇÃO** | **ENTREGUE** | | **OBSERVAÇÃO** |
| | **SIM** | **NÃO** | |
| **8.2.5.1** A licitante deverá apresentar atestado de Capacidade Técnica expedido por pessoa jurídica de direito Público ou Privado, que comprovem a aquisição do equipamento no fornecimento de objeto similar ao especificado nesta licitação. | **X** | | |
| **8.2.5.12.3** A empresa deverá apresentar manuais, catálogos, originais do fabricante, em português ou traduzido, contendo informações que permitam identificar as características técnicas, para melhor visualização do objeto, onde o mesmo passará pela avaliação da equipe técnica. | **X** | | |
| | | | |
| | | | |
| **PARECER TÉCNICO FINAL**<br>**APROVADO** | | | |
| **RESPONSÁVEL TÉCNICO AVALIADOR**<br>Delaine Helene N. Noya<br>Enfermeira<br>COREN-MT 311.654 | | | |

Recebi em 05/11/21
Ás 16:35 horas
Ass:

Várzea Grande, 04 de Novembro de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
VÁRZEA GRANDE
Mais por Você. Mais por Várzea Grande.

SUS
SECRETARIA DE SAÚDE

| DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: | | | |
|---|---|---|---|
| **PREGÃO: 034/2021.** | | **LOTE/ITEM: 11** | |
| **PRODUTO: AUTOCLAVE HORIZONTAL 60 LITROS** | | **MARCA: BS/2.1** | |
| **FORNECEDOR: C E CARVALHO COMERCIAL EPP** | | | |
| **DOCUMENTAÇÃO** | **ENTREGUE** | | **OBSERVAÇÃO** |
| | **SIM** | **NÃO** | |
| **8.2.5.1** A licitante deverá apresentar atestado de Capacidade Técnica expedido por pessoa jurídica de direito Público ou Privado, que comprovem a aquisição do equipamento no fornecimento de objeto similar ao especificado nesta licitação. | x | | |
| **8.2.5.11.2** Certificado de Registro de produto/aparelho em relação aos itens 7, 8 e 11, emitido pela ANVISA/MS em vigor ou cópia da respectiva publicação no Diário Oficial da União – DOU relativa ao registro do produto/aparelho. | **X** | | |
| **8.2.11.6** Declaração de que os produtos/aparelhos solicitados deverão ter no mínimo 12 (doze) meses de garantia. | **X** | | Na proposta. |
| **8.2.11.7** Declaração referente ao item 11 de que a licitante prestará assistência técnica e/ou terá técnico responsável na Região (Cuiabá e/ou Várzea Grande) e o suporte técnico, conforme indicam os manuais de operação e de serviços do fabricante e normas técnicas específicas, e que se realize Treinamento Técnico e Operacional para os equipamentos médicos, afim de manter os equipamentos em perfeitas condições de uso, sem qualquer ônus adicional para o CONTRATANTE, enquanto vigorar o período de garantia. | **X** | | Na proposta. |
| **8.2.11.9** Apresentar Catálogo/folder ou Manual de Operação e/ou Manual Técnico de Manutenção (com foto) nos itens 1, 2, 3, 5, 7, 8 e 11, em português ou com tradução do texto para língua portuguesa, com descrição detalhada do modelo/marca, características, especificações técnicas e outras informações que possibilitem a avaliação pela Equipe Técnica. | **X** | | Capacidade da autoclave apresentada na proposta é divergente ao edital. |
| **PARECER TÉCNICO FINAL**<br>**REPROVADO** | | | |
| **RESPONSÁVEL TÉCNICO AVALIADOR** | | | |

Recebi em 09/11/21
Às 16:00 horas
Ass:

Monara Moura Maciel Leite
Monara M. Maciel Leite
Enfermeira Oncologista
COREN-MT: 285.51

Monara M. Maciel Leite
Enfermeira Oncologista
COREN-MT: 285.51

Várzea Grande, 08 de Novembro de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
VÁRZEA GRANDE
Mais por Você. Mais por Várzea Grande.

SUS SECRETARIA DE SAÚDE

| DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: | | | |
|---|---|---|---|
| **PREGÃO: 034/2021.** | | **LOTE/ITEM: 01** | |
| **PRODUTO: BALANÇA ANTROPOMÉTRICA MECÂNICA** | | **MARCA: BALMAK – MODELO 111** | |
| **FORNECEDOR: MEDMASTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA** | | | |
| **DOCUMENTAÇÃO** | **ENTREGUE** | | **OBSERVAÇÃO** |
| | **SIM** | **NÃO** | |
| **8.2.5.1** A licitante deverá apresentar atestado de Capacidade Técnica expedido por pessoa jurídica de direito Público ou Privado, que comprovem a aquisição do equipamento no fornecimento de objeto similar ao especificado nesta licitação. | **X** | | **O atestado apresentado pela empresa não atende:**<br>**Item 8.2.5.5** Nome completo, CPF, telefone, cargo e assinatura do responsável pela sua emissão.<br>**Item 8.2.5.6** Objeto do atestado de capacidade técnica apresentado se refere ao serviço de assessoria técnica de reparo e manutenção de equipamentos. |
| **8.2.11.4** Declaração de que os produtos/aparelhos solicitados deverão ter no mínimo 12 (doze) meses de garantia. | **X** | | |
| **8.2.11.8** Certificado do registro do produto do item 1, 2, 3, 5 e 6 no Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Tecnologia – INMETRO. | **X** | | |
| **8.2.11.9** Apresentar Catálogo/folder, Manual de Operação e Manual Técnico de Manutenção (com foto) em português ou com tradução do texto para língua portuguesa, com descrição detalhada do modelo/marca, características, especificações técnicas e outras informações que possibilitem a avaliação pela Equipe Técnica. | **X** | | **As especificações técnicas do equipamento não conferem com o edital:**<br>Catalogo não apresenta informação de pesagem mínima, no edital pesagem mínima de 2kg.<br>Altura da coluna com 120m no edital.<br>Régua em alumínio, no edital = aço cromado. |

**PARECER TÉCNICO FINAL**

**REPROVADO**

Frauziele Arruda Nolasco
Nutricionista-CRN 6748

**RESPONSÁVEL TÉCNICO AVALIADOR**

Recebi em 05/11/21
Ás 16:35 horas
Ass:

Várzea Grande, 04 de Novembro de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
VÁRZEA GRANDE
Mais por Você. Mais por Várzea Grande.

SUS SECRETARIA DE SAÚDE

| DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: | | | |
|---|---|---|---|
| **PREGÃO: 034/2021.** | | **LOTE/ITEM: 06** | |
| **PRODUTO: BALANÇA PARA CADEIRANTE DIGITAL** | | **MARCA: BALMAK – MODELO BK-P** | |
| **FORNECEDOR: MEDMASTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA** | | | |
| **DOCUMENTAÇÃO** | **ENTREGUE** | | **OBSERVAÇÃO** |
| | **SIM** | **NÃO** | |
| **8.2.5.1** A licitante deverá apresentar atestado de Capacidade Técnica expedido por pessoa jurídica de direito Público ou Privado, que comprovem a aquisição do equipamento no fornecimento de objeto similar ao especificado nesta licitação. | X | | **O atestado apresentado pela empresa não atende:**<br>Item 8.2.5.5 Nome completo, CPF, telefone, cargo e assinatura do responsável pela sua emissão.<br>Item 8.1.5.6 Objeto do atestado de capacidade técnica apresentado se refere ao serviço de assessoria técnica de reparo e manutenção de equipamentos. |
| **8.2.11.5** Declaração de que os produtos/aparelhos solicitados deverão ter no mínimo 18 (doze) meses de garantia. | X | | |
| **8.2.11.8** Certificado do registro do produto do item 1, 2, 3, 5 e 6 no Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Tecnologia – INMETRO. | X | | |
| **8.2.11.9** Apresentar Catálogo/folder, Manual de Operação e Manual Técnico de Manutenção (com foto) em português ou com tradução do texto para língua portuguesa, com descrição detalhada do modelo/marca, características, especificações técnicas e outras informações que possibilitem a avaliação pela Equipe Técnica. . | X | | **As especificações técnicas do equipamento não conferem com o edital:**<br>Plataforma da balança balmak = 75x75cm, no edital = 80x80cm.<br>Não apresenta informações se o equipamento vem revestido com tapete antiderrapante em toda a área de pesagem, nem tampa da plataforma em aço inoxidável AISI 304. E ainda, a rampa de acesso consta como acessório opcional. |

Recebi em 05/11/21
Às 16:35 horas
Ass: .

**PARECER TÉCNICO FINAL**

**REPROVADO**

Fmuziele Arruda Notasco
Nutricionista-CRN 6748

**RESPONSÁVEL TÉCNICO AVALIADOR**

Várzea Grande, 03 de Novembro de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
VÁRZEA GRANDE
Mais por Você. Mais por Várzea Grande.

SUS SECRETARIA DE SAÚDE

| DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: | | | |
|---|---|---|---|
| **PREGÃO: 034/2021.** | | **LOTE/ITEM: 02** | |
| **PRODUTO: BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PEDIÁTRICA** | | **MARCA: WELMY** | |
| **FORNECEDOR: ASSUM PRETO PRODUÇÕES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELI** | | | |
| **DOCUMENTAÇÃO** | **ENTREGUE** | | **OBSERVAÇÃO** |
| | **SIM** | **NÃO** | |
| **8.2.5.1** A licitante deverá apresentar atestado de Capacidade Técnica expedido por pessoa jurídica de direito Público ou Privado, que comprovem a aquisição do equipamento no fornecimento de objeto similar ao especificado nesta licitação. | **X** | | **O atestado apresentado pela empresa não atende:**<br>**Item 8.2.5.6** – os objetos dos atestados de capacidade técnica apresentados se referem ao fornecimento de EPIs, termômetro, oxímetro de pulso e desfibrilador. |
| **8.2.11.4** Declaração de que os produtos/aparelhos solicitados deverão ter no mínimo 12 (doze) meses de garantia. | | **X** | |
| **8.2.11.8** Certificado do registro do produto do item 1, 2, 3, 5 e 6 no Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Tecnologia – INMETRO. | | **X** | |
| **8.2.11.9** Apresentar Catálogo/folder ou Manual de Operação e/ou Manual Técnico de Manutenção (com foto) nos itens 1, 2, 3, 5, 7, 8 e 11, em português ou com tradução do texto para língua portuguesa, com descrição detalhada do modelo/marca, características, especificações técnicas e outras informações que possibilitem a avaliação pela Equipe Técnica. | **X** | | **As especificações técnicas do equipamento não conferem com o edital:**<br>Catálogo com ausência de capacidade e dimensão da balança.<br>Dimensão da concha 54x29, no edital = 55x33.<br>Almofada opcional e não apresenta informações se é antigermes, higienizável e atóxica.<br>Não possui desenhos com temas infantis. |

Recebi em 05/11/21
Às 16:35 horas
Ass:

**PARECER TÉCNICO FINAL**

**REPROVADO**

Franziele Arruda Nolasco
Nutricionista-CRN 6748
**RESPONSÁVEL TÉCNICO AVALIADOR**

Várzea Grande, 04 de Novembro de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
VÁRZEA GRANDE
Mais por Você. Mais por Várzea Grande.

SUS SECRETARIA DE SAÚDE

| DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: | | | |
|---|---|---|---|
| **PREGÃO: 034/2021.** | | **LOTE/ITEM: 04** | |
| **PRODUTO: BALANÇA DIGITAL** | | **MARCA: GTECH** | |
| **FORNECEDOR: ASSUM PRETO PRODUÇÕES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELI** | | | |
| **DOCUMENTAÇÃO** | **ENTREGUE** | | **OBSERVAÇÃO** |
| | **SIM** | **NÃO** | |
| **8.2.5.1** A licitante deverá apresentar atestado de Capacidade Técnica expedido por pessoa jurídica de direito Público ou Privado, que comprovem a aquisição do equipamento no fornecimento de objeto similar ao especificado nesta licitação. | **X** | | **O atestado apresentado pela empresa não atende:**<br>**Item 8.2.5.6** – os objetos dos atestados de capacidade técnica apresentados se referem ao fornecimento de EPIs, termômetro, oxímetro de pulso e desfibrilador. |
| **8.2.11.4** Declaração de que os produtos/aparelhos solicitados deverão ter no mínimo 12 (doze) meses de garantia. | | **X** | |
| **8.2.5.12.3** A empresa deverá apresentar manuais, catálogos, originais do fabricante, em português ou traduzido, contendo informações que permitam identificar as características técnicas, para melhor visualização do objeto, onde o mesmo passará pela avaliação da equipe técnica. | | **X** | |
| | | | |
| **PARECER TÉCNICO FINAL**<br>**REPROVADO** | | | |
| Recebi em 05/11/21<br>Ás 16:35 horas<br>Ass: | **RESPONSÁVEL TÉCNICO AVALIADOR**<br>Frauziele Arruda Nolasco<br>Nutricionista-CRN 6748 | | |

Várzea Grande, 03 de Novembro de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
VÁRZEA GRANDE
Mais por Você. Mais por Várzea Grande.

SUS SECRETARIA DE SAÚDE

| DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: | | | |
|---|---|---|---|
| **PREGÃO: 034/2021.** | | **LOTE/ITEM: 05** | |
| **PRODUTO: BALANÇA DIGITAL PEDIÁTRICA** | | **MARCA: WELMY** | |
| **FORNECEDOR: ASSUM PRETO PRODUÇÕES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELI** | | | |
| **. DOCUMENTAÇÃO** | **ENTREGUE** | | **OBSERVAÇÃO** |
| | **SIM** | **NÃO** | |
| **8.2.5.1** A licitante deverá apresentar atestado de Capacidade Técnica expedido por pessoa jurídica de direito Público ou Privado, que comprovem a aquisição do equipamento no fornecimento de objeto similar ao especificado nesta licitação. | **X** | | **O atestado apresentado pela empresa não atende:**<br>**Item 8.2.5.6** – os objetos dos atestados de capacidade técnica apresentados se referem ao fornecimento de EPIs, termômetro, oxímetro de pulso e desfibrilador. |
| **8.2.11.4** Declaração de que os produtos/aparelhos solicitados deverão ter no mínimo 12 (doze) meses de garantia. | | **X** | |
| **8.2.11.8** Certificado do registro do produto do item 1, 2, 3, 5 e 6 no Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Tecnologia – INMETRO. | | **X** | |
| **8.2.11.9** Apresentar Catálogo/folder ou Manual de Operação e/ou Manual Técnico de Manutenção (com foto) nos itens 1, 2, 3, 5, 7, 8 e 11, em português ou com tradução do texto para língua portuguesa, com descrição detalhada do modelo/marca, características, especificações técnicas e outras informações que possibilitem a avaliação pela Equipe Técnica. | **X** | | **As especificações técnicas do equipamento não conferem com o edital:**<br>Catálogo com ausência de capacidade e dimensão da balança.<br>Dimensão da concha 54x29, no edital = 55x33.<br>Fonte de alimentação externa de 90 a 240 VAC, no edital = 90 a 250 VAC.<br>Não apresenta informações se a capa da almofada é antigermes, higienizável e atóxica.<br>Não possui desenhos com temas infantis. |

Recebi em 05/11/21
Ás 16:35 horas
Ass:

**PARECER TÉCNICO FINAL**

**REPROVADO**

Frauziele Arruda Nolasco
Nutricionista-CRN 6748

**RESPONSÁVEL TÉCNICO AVALIADOR**

Várzea Grande, 04 de Novembro de 2021.

| DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: | | | |
|---|---|---|---|
| **PREGÃO: 034/2021.** | | **LOTE/ITEM: 07** | |
| **PRODUTO: DETECTOR FETAL PORTÁTIL DIGITAL** | | **MARCA: SONOLINE** | |
| **FORNECEDOR: ASSUM PRETO PRODUÇÕES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELI** | | | |
| **DOCUMENTAÇÃO** | **ENTREGUE** | | **OBSERVAÇÃO** |
| | **SIM** | **NÃO** | |
| **8.2.5.1** A licitante deverá apresentar atestado de Capacidade Técnica expedido por pessoa jurídica de direito Público ou Privado, que comprovem a aquisição do equipamento no fornecimento de objeto similar ao especificado nesta licitação. | x | | **O atestado apresentado pela empresa não atende:**<br>**Item 8.2.5.6** – os objetos dos atestados de capacidade técnica apresentados se referem ao fornecimento de EPIs, termômetro, oxímetro de pulso e desfibrilador. |
| **8.2.5.11.2** Certificado de Registro de produto/aparelho em relação aos itens 7, 8 e 11, emitido pela ANVISA/MS em vigor ou cópia da respectiva publicação no Diário Oficial da União – DOU relativa ao registro do produto/aparelho. | | X | |
| **8.2.11.6** Declaração de que os produtos/aparelhos solicitados deverão ter no mínimo 24 (vinte e quatro) meses de garantia. | | X | |
| **8.2.11.9** Apresentar Catálogo/folder ou Manual de Operação e/ou Manual Técnico de Manutenção (com foto) nos itens 1, 2, 3, 5, 7, 8 e 11, em português ou com tradução do texto para língua portuguesa, com descrição detalhada do modelo/marca, características, especificações técnicas e outras informações que possibilitem a avaliação pela Equipe Técnica. | X | | **O folder apresentado pela empresa não atende:**<br>**11.3. a)** O item descrito não atende ao descritivo do Edital, devido divergências na especificação de alimentação do produto, a qual deve ser "bateria 9 V recarregável ou bateria recarregável com carregador integrado" e o produto apresentado descreve a alimentação por "2 pilhas alcalinas de 1,5V recarregável ou não". |
| **PARECER TÉCNICO FINAL**<br>**REPROVADO** | | | |
| **RESPONSÁVEL TÉCNICO AVALIADOR**<br>Yanna B.S. Wakitinaguni<br>Gestora Pública<br>Mat. 132894 | | | |

Recebi em 05/11/21
Ás 16:35 horas
Ass:

Várzea Grande, 03 de Novembro de 2021.