



VANGUARDA
innovation and quality

À,

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VÁRZEA GRANDE/MT
EDITAL DO ELETRÔNICO Nº 16/2023

Ref.: Pedido de Esclarecimento.

Prezados senhores,

A empresa **INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA (VANGUARDA)**, situada a Rua Coronel Otiles Moreira nº 404, CEP: 78043-368 Bairros: Duque de Caxias, no município de Cuiabá- MT CNPJ 00.302.007/0002-49, por seu representante legal infra indicado, perante esta Comissão de Licitações, vem apresentar, **TEMPESTIVAMENTE, PEDIDO DE ESCLARECIMENTO**, que deverá ser recebido, conhecido e provido pelos seguintes fundamentos:

I – DO OBJETO

Registro de preços para futura e eventual aquisição de equipo, seringas e extensores com cessão de bombas de infusão e bombas de seringa em regime de comodato de equipamentos, para atender as necessidades do hospital e pronto socorro municipal de várzea grande-mt.

II – DA ANALISE

Após análise do edital emergiu o questionamento referente ao valor estimado para as seringas e extensor para bomba de infusão de seringa:



DESCRIÇÃO DO LOTE.



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



LICITAÇÃO
PM/VS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 851769/2022

Pregão Eletrônico nº 16/2023

ITEM	DESCRIÇÃO	CÓD TCE	UNID TCE	UNID	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
05	EXTENSOR DE PERFUSÃO PARA UTILIZAÇÃO EM BOMBAS DE SERINGA, RECOMENDADO PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS POR BOMBA DE SERINGA ESTÉRIL DE USO ÚNICO; DESCARTÁVEL ATEROGÊNICO ATÓXICO TUBO DE COMPRIMENTO APROXIMADO DE 15 CM EM MATERIAL PE (POLIETILENO) TRANSPARENTE FLEXÍVEL, LIVRE DE LÁTEX, TERMINAIS CONECTORES TIPO LUER LOCK MACHO E FÊMEA COM TAMPAS PROTETORAS DE FIXAÇÃO FIRME E DE FÁCIL REMOÇÃO DIÂMETROS INTERNOS E EXTERNOS DE 1.0 E 2.0 MM RESPECTIVAMENTE, PRIME APROXIMADAMENTE 1,2 ML FRENCH 3. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM GRAU CIRÚRGICO, CONTENDO ETIQUETA COM DADOS DE FABRICAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, ESTERILIZAÇÃO VALIDADE, NUMERO DO LOTE. CÓDIGO DO PRODUTO BR9004132 E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 80145110171. O GANHADOR DO ITEM DEVERÁ FORNECER AS BOMBAS DE SERINGAS, COMPATÍVEL COM O EXTENSOR EM REGIME DE COMODATO.	200418-6	1	UNID	20.000	R\$ 22,1933	R\$ 443.866,00

06	SERINGA DESCARTÁVEL 60 ML EM PLÁSTICO, ATÓXICO ATEROGÊNICO ÍNTEGRA E TRANSPARENTE APRESENTANDO RIGIDEZ E RESISTENTE CORPO COM GRADUAÇÃO MILIMETRADA EMBOLO EM BORRACHA ATÓXICA, BICO LUIS SLIP SEM AGULHA. IMPRESSÃO LEGÍVEL E PERMANENTE COMPATÍVEL COM A BOMBA DE SERINGA EM REGIME DE COMODATO	123581-8	1	UNID	3.000	R\$ 3,0233	R\$ 9.069,90
07	SERINGA DESCARTÁVEL 10 ML, BICO LUER SLIP, SEM AGULHA, TRANSPARENTE, APRESENTANDO RIGIDEZ E RESISTENTE, CORPO COM GRADUAÇÃO MILIMETRADA, EMBOLO EM BORRACHA ATÓXICA, IMPRESSÃO LEGÍVEL E PERMANENTE COMPATÍVEL COM A BOMBA DE SERINGA EM REGIME DE COMODATO	00023303	1	UNID	5.000	R\$ 2,8733	R\$ 14.366,50
08	SERINGA DESCARTÁVEL TRANSPARENTE 20 ML IMPRESSÃO LEGÍVEL E PERMANENTE GRADUAÇÃO MÁXIMA 1 EM 1 ML NUMERADA, BICO LUER SLIP, SEM AGULHA EMBOLO EM BORRACHA ATÓXICA COMPATÍVEL COM A BOMBA DE SERINGA EM REGIME DE COMODATO	00033574	1	UNID	5.000	R\$ 2,2000	R\$ 11.000,00



VANGUARDA
innovation and quality

QUESTIONAMENTO

Diante do descritivo do lote 2 do presente edital, é solicitada SERINGA E EXTENSOR PARA BOMBA DE INFUSÃO DE SERINGA, sendo que esta é uma seringa específica para bomba com calibração e precisão na hora da infusão e a ANVISA exige em sua Resolução da Normativa Colegiada que estes produtos sejam certificados para uso excepcional para bomba de infusão.

Vale salientar que tal seringa e extensor em regime de comodato, o valor fica agregado às despesas com a bomba. Mas ainda assim apenas o comércio destes produtos, seringa e extensor para bomba de infusão de seringa, o valor estimado não seria possível à compra.

Por isso concluímos que os valores cotados pela comissão de Licitação tenha se equivocado, orçando seringas de uso comum.

III– DO PEDIDO

Assim sendo gostaríamos de esclarecer quanto aos valores estimados dos produtos licitados deste pregão, **Edital Pregão Eletrônico nº 16/2022**, por fim, solicitamos o provimento do **PEDIDO DE ESCLARECIMENTO**, as respostas deverão ser encaminhadas no e-mail comercialmt01@vanguardia.net.br.

Termos pede esclarecimento.

Cuiabá, 14 de Abril de 2023.

Naira Cristina Barbosa Mattos
Analista de licitação