



CI nº 151/2020

Várzea Grande, 13 de julho de 2020.

À

Ilma. Sra.
Francisca Luzia de Pinho
Pregoeira

PROTOCOLO Nº _____

Data: 13/07/2020 Hora: 16:40

Resp.: _____
Setor de Licitação - R. M. V. G.

Assunto: respostas ao pedido de esclarecimento

Prezada Senhora,

Em resposta à solicitação de esclarecimento referente ao Pregão eletrônico 36/2020, cujo objeto é PREGÃO ELETRÔNICO PARA **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES**, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VÁRZEA GRANDE-MT.

Sendo assim, no que tange aos pedidos de esclarecimentos passamos a expor:

Respostas:

- 1) O prazo de entrega será de 30 dias. A assistência técnica autorizada deve prestar suporte de acordo com o tempo de garantia dos respiradores e não é considerada uma subcontratação.
- 2) O tempo de bateria dos respiradores deve ser no mínimo de 120 minutos em razão das instalações elétricas da nossa unidade hospitalar,

Jean Biancardini Filho
Gestor Público

Enedil Ana Mendes da Silva
Superintendente de Aquisição