

ENC: Pregão: 17/2022

Secretaria de Saude Pregao <pregaosmsvg@outlook.com>

Sex, 02/09/2022 09:37

Para: jaqueline.goulart@suprimedms.com.br <jaqueline.goulart@suprimedms.com.br>

Bom dia segue resposta do questionamento.



Secretaria de Saúde
Francisca Luzia de Pinho
Pregoeira
Fone: 65 3632-1500
Celular: 65 98475-5680

De: Licita HPSMVG <licita.hpsmvg@outlook.com>

Enviado: sexta-feira, 2 de setembro de 2022 09:29

Para: Secretaria de Saude Pregao <pregaosmsvg@outlook.com>

Assunto: RE: Pregão: 17/2022

Bom dia,

Em resposta ao pedido de esclarecimento:

Gostaria de confirmar as ordens das dimensões do ITEM 46 (CAPELA DE FLUXO LAMINAR).

Medidas informadas: 900MM X 700MM X 1400MM

É possível confirmar se a ordem é ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE

Sim, trata-se da altura x largura x profundidade.

Atenciosamente,

De: Secretaria de Saude Pregao <pregaosmsvg@outlook.com>

Enviado: quinta-feira, 1 de setembro de 2022 16:56

Para: Licita HPSMVG <licita.hpsmvg@outlook.com>

Assunto: ENC: Pregão: 17/2022

Boa tarde segue questionamento anexo



Secretaria de Saúde
Francisca Luzia de Pinho
Pregoeira
Fone: 65 3632-1500
Celular: 65 98475-5680

De: Jaqueline Goulart <jaqueline.goulart@suprimedms.com.br>

Enviado: quinta-feira, 1 de setembro de 2022 14:32

Para: pregaosmsvg@outlook.com <pregaosmsvg@outlook.com>

Cc: Ingrid <ingred@suprimedms.com.br>

Assunto: Pregão: 17/2022

Boa tarde!

Meu contato é referente ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 17/2022 do Fundo Municipal de Saúde de Várzea Grande.

Gostaria de confirmar as ordens das dimensões do ITEM 46 (CAPELA DE FLUXO LAMINAR).

Medidas informadas: 900MM X 700MM X 1400MM

É possível confirmar se a ordem é ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE?

Aguardo retorno, para prosseguir com a análise.

Atenciosamente,