



CI n. 075/2019/SUPPLIC/SAD

Várzea Grande - MT, 19 de março de 2019.

Ao Ilmo Sr^a

Enedil Ana Mendes

Superintendente de Aquisições /SMS

CÓPIA

Assunto: Solicitação de **ESCLARECIMENTO** valor do item 16, PE/03/2019.


Prezada Senhora,

Segue anexa solicitação de esclarecimento ao Edital, Pregão Eletrônico nº 03/2019, cujo objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E MÓVEIS HOSPITALARES** PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE-MT, tendo em vista que parte da solicitação recai sobre pertinência técnica, encaminho a vossa senhoria para que manifeste acerca deste.

Cabe ressaltar que a sessão pública da presente licitação está marcada para dia 26/03/2019 devendo a Administração Pública responder o mais breve possível.

Atenciosamente,


Francisca Luzia de Pinho
Pregoeira



Dúvidas e Esclarecimentos

Requerimento	Criado em	Resposta	Respondido em
Ref. pedido de esclarecimento - Pregão Eletrônico nº 03/2019 (Item 16) Indagamos a R. Administração quanto as características exigidas, em especial ao que norteia a potência do mesmo e valor referencial destacado, vejamos: EQUIPAMENTO MICROPROCESSADO UTILIZADO PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS; COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO (((300 WATTS))), FUNÇÕES DE NO MÍNIMO: CORTE: PURO - ----300W---- Questionamos: 1 -o valor referencial está correto? Independente da questão acima esclarecida, cabe ressaltar que equipamentos eletro cirúrgicos contendo os modos corte mínimo de 300W, coagulação e bipolar, somado aos acessórios destacados, são equipamentos para procedimentos de alta complexidade, para qualquer tipo de cirurgia, independente da impedância tecidual, sendo assim o valor unitário estimado de R \$ 3.968,70 torna-se inexequível, o mesmo sendo mantido impactará no fracasso iminente do referido item. Estamos à disposição para demais esclarecimentos.	19/03/2019 16:06:37		
Prezada Comissão Permanente de Licitações. Ref. pedido de esclarecimento - Pregão Eletrônico nº 03/2019 (Item 16) Indagamos a R. Administração quanto as características exigidas, em especial ao que norteia a potência do mesmo e valor referencial destacado, vejamos:			

Dúvidas e Esclarecimentos

Requerimento	Criado em	Resposta	Respondido em
§ 3.968,70 torna-se inexequível, o mesmo sendo mantido impactará no fracasso iminente do referido item. Estamos à disposição para demais esclarecimentos.			

Prezada Comissão Permanente de Licitações:

Ref: pedido de esclarecimento - Pregão Eletrônico nº 03/2019 (item 16)

Indagamos a R. Administração quanto as características exigidas, em especial ao que norteia a potência do mesmo e valor referencial destacado, vejamos:

EQUIPAMENTO MICROPROCESSADO UTILIZADO PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS; COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO ((300 WATTS)), FUNÇÕES DE NO MÍNIMO: CORTE- PURO - ----300W----

Questionamos:

19/03/2019 16:06:47

1 - o valor referencial está correto?

Independente da questão acima esclarecida, cabe ressaltar que equipamentos eletro cirurgicos contendo os modos corte mínimo de 300W, coagulação e bipolar, somado aos acessórios destacados, são equipamentos para procedimentos de alta complexidade, para qualquer tipo de cirurgia, independente da impedância tecidual, sendo assim o valor unitário estimado de R\$ 3.968,70 torna-se inexequível, o mesmo sendo mantido impactará no fracasso iminente do referido item.

Estamos à disposição para demais esclarecimentos.

Prezada Comissão Permanente de Licitações.

Ref. pedido de esclarecimento – Pregão Eletrônico nº 03/2019 (item 16)

Indagamos a R. Administração quanto as características exigidas, em especial ao que norteia a potência do mesmo e valor referencial destacado, vejamos:

EQUIPAMENTO MICROPROCESSADO UTILIZADO PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS; COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO (((300 WATTS))), FUNÇÕES DE NO MÍNIMO: CORTE: PURO - ----- 300W----

Questionamos:

1 – o valor referencial está correto?

Independente da questão acima esclarecida, cabe ressaltar que equipamentos eletro cirúrgicos contendo os modos corte mínimo de 300W, coagulação e bipolar, somado aos acessórios destacados, são equipamentos para procedimentos de alta complexidade, para qualquer tipo de cirurgia, independente da impedância tecidual, sendo assim o valor unitário estimado de R\$ 3.968,70 torna-se inexequível, o mesmo sendo mantido impactará no fracasso iminente do referido item.

Estamos à disposição para demais esclarecimentos.

3/19/2019 4:06:37 PM