



AVALIAÇÃO TÉCNICA P.E. 34/2020

FORNECEDOR: SANTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

CNPJ: 58.426.628/0001-33

DAS AMOSTRAS

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	ENTREGUE	CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO	ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL
3	ITEM 3 - EQUIPO DE BOMBA DE INFUSÃO PARA ADMINISTRAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL, FOTOSENSÍVEL COMPÁTIVEL COM A BOMBA DE INFUSÃO, SEGUINDO A ISSO 8536-8.15.P, COM PINÇA TIPO ROLETE, COM INJETOR LATERAL NEEDLE FREE, CLAMP ANTIFLUXO LIVRE, CONECTOR NO LUER, CONECTOR LONGO NO LUER, TUBO E CÂMARA FOTO, FILTRO 0,2 MC, BURETA DE PRECISÃO, CONECTOR LUER LOCK. DIMENSÕES APROXIMADAS: EQUIPO: 1,50 M A 3,0 M. REGIME DE COMODATO, BOMBAS DE INFUSÃO, EM PERFEITAS CONDIÇÕES, PARA USO NO CONTROLE DE DIETAS PARENTERAIS, AS QUAIS DEVERÃO SER COMPATÍVEIS COM AS DIETAS EXISTENTES NO MERCADO E SEUS RESPECTIVOS ADAPTADORES (SEM CUSTO ADICIONAL).	SANTRONIC	SIM	ATENDE AO DESCRITIVO DO EDITAL, QUALIDADE, FRAGILIDADE, DURABILIDADE, OBJETIVO ALCANÇADO SEM PREJUDICAR PACIENTE OU O USUÁRIO SEM COMPROMETER A TÉCNICA.	SIM
4	ITEM 4 - EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL COM FILTRO DE AR PARA USO ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES DE NUTRIÇÃO ENTERAIS DE USO GERAL, SEGUINDO A PADRONIZAÇÃO VIGENTE DE COR LILÁS PARA IDENTIFICAÇÃO DE USO ENTERAL. CONFECCIONADO COM MATÉRIA PRIMA ATÓXICA E LIVRE DO ADITIVO DEHP COM PONTA PERFURANTE COM CONEXÃO UNIVERSAL, COM FILTRO DE AR QUE FACILITA A COLABAGEM DO FRASCO DE NUTRIÇÃO; COM PINÇA ROLETE PARA CONTROLAR O FLUXO DA DIETA, GARANTINDO EXCELENTE PRECISÃO NO CONTROLE DO GOTEJAMENTO; COM CONECTOR ESCALONADO, INCOMPATÍVEL COM DISPOSITIVOS DE INFUSÃO INTRAVENOSA, CONECTANDO-SE APENAS COM A SONDA DE NUTRIÇÃO ENTERAL. DEVERÁ CEDER, EM REGIME DE COMODATO, BOMBAS DE INFUSÃO, EM PERFEITAS CONDIÇÕES, PARA USO NO CONTROLE DE DIETAS ENTERAIS, AS QUAIS DEVERÃO SER COMPATÍVEIS COM AS DIETAS EXISTENTES NO MERCADO E SEUS RESPECTIVOS ADAPTADORES (SEM CUSTO ADICIONAL).	SANTRONIC	SIM	ATENDE AO DESCRITIVO DO EDITAL, QUALIDADE, FRAGILIDADE, DURABILIDADE, OBJETIVO ALCANÇADO SEM PREJUDICAR PACIENTE OU O USUÁRIO SEM COMPROMETER A TÉCNICA.	SIM

PARECER TÉCNICO

DAS AMOSTRAS: A Empresa cumpriu com todas especificações do edital.

APROVADO

Responsável Técnico Avaliador:

Jackson Alves Lopes Souza
CRF: 1401 MT
Responsável Técnico CADIM

Andrea Regina do Nascimento Vrech Coelho
Superintendente do Cadim

Várzea Grande, 17 de Agosto de 2020

PROTOCOLO Nº
Data: 18/08/20 Hora: 10:03
Resp.:
Setor de Licitação - P. M. V. G.