



BLL COMPRAS

Esclarecimentos - Processo 11/2023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARZEA GRANDE

Requerimento

Criado em	Texto	Arq. escl.	Endereço
17/03/2023 13:32	Solicitamos esclarecimento referente ao item a seguir: Item 10- "Agulha Hipodermica Descartável Canhão Plastico Atoxico Cromado" A descrição do edital traz que o canhão deve ser em plástico, atóxico e cromado. Porém para ser cromado, o canhão deve ser de material metálico e não em plástico. Tendo em vista que as agulhas com canhão metálico são consideradas instrumentais, ou seja podem ser reutilizadas perante esterilização, fazemos a seguinte pergunta: As agulhas do item 10 deverão possuir canhão em metal e cromado OU em plástico / polipropileno?		Não há arquivo anexado.
A F R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - 34813172000104		vendas@afr.ind.br / (44) 9911-2494	

Resposta

Criado em	Texto	Arq. resp.	Endereço
			Não há arquivo anexado.

FRANCISCA LUZIA DE PINHO
VÁRZEA GRANDE-MT - 17/03/2023

Gerado em: 17/03/2023 15:47:04