



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

Nr. Remessa: 00293323

Data Remessa: 2017-06-06

Hora: 09:45

Enviado Por: LEIDIANE OLIVEIRA ALVES

Destino: SUPERINTENDENCIA DE LICITAÇÃO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE

Observação: Encaminhamento da CI 3079/2017 de parecer técnico, para providências cabíveis.

Nr Processo
00417382/16

Requerente
SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL

Tipo Documento
PROCESSO LICITATÓRIO

Assinatura Recebimento

Assinatura Envio



Da: Superintendência de Gestão	Para: Superintendência de licitação	Data: 07/06/2017	Nº.CI 308
---------------------------------------	--	-------------------------	------------------


Prezado (a) Pregoeiro (a)

Carlino Agostinho

Pela presente estamos encaminhando a V.S^a., Ci nº 3079/2017, pertinente ao relatório da Assessoria Técnica referente análise e parecer da proposta da empresa Dentemed Equipamentos Odontológicos Ltda, do Pregão Eletrônico nº 07/2017, para as providências cabíveis.

Atenciosamente


Enedil Ama Mendes da Silva
Superintendência de Gestão
Secretaria Mun. de Saúde/VG



Da: Assessoria GAB/Coordenação de Saúde Bucal	Para: Superintendência de Gestão	CI: 3079/2017/SMS	Data: 07/06/2017
---	-------------------------------------	----------------------	------------------

Senhora Superintendente de Gestão,

Conforme solicitado, segue no anexo quadro com o parecer a respeito do produto e empresa que concorreu ao Pregão Eletrônico Nº 07, encaminhado através da CI Nº 149/2017 Superintendência de Licitação de 06/06/2017, Nr. Remessa 00293323.

Atenciosamente,

Narciso Santana da Silva
Assessoria de Gabinete SMS/Várzea Grande



Empresa	Lote/Produto	Aprovado/ Reprovado	Motivo	Descrição Edital	Descrição fornecida pela Empresa
Dentemed Equipamentos Odontológicos LTDA	16/Raio Odontológico 70 KVP	X Reprovado	O equipamento não atende às especificações do anexo 1 do Edital Pregão Eletrônico Nº 07/2017, vez que a base solicitada deve ter formato em "U" e não em X, conforme folder fornecido pela empresa também não há menção do sistema de proteção (interrupção do processo) no caso de oscilação de energia. Não foi apresentado o certificado de radiação de fuga.	RAIO X ODONTOLÓGICO 70 KVP: coluna móvel, com rodízios e base tipo "U", corrente de 8 ma, tubo direcional revestido de chumbo, sistema de proteção de oscilação de energia com regulador de tensão incorporado (que aborte o processo em caso de oscilação de energia). Controle remoto com cabo de disparo espiralado que possui programação de técnicas radiográficas conforme o biotipo do paciente com seleção de tipo de filme a ser utilizado, tomadas para radiografias oclusais, interproximais com memorização dos casos anteriormente selecionados. Obedeça à norma internacional de radio proteção IEC 601 e Portaria nº 453 ANVISA. Deve estar acompanhado do certificado de radiação de fuga emitido por físico credenciado. Garantia mínima de 12 meses.	MODELO COLUNA MÓVEL. A melhor definição da imagem. Os aparelhos de 70 KVP da Xdent, necessitam de menor tempo de exposição proporcionando maior segurança para o operador e paciente. O comando disparador digital é microprocessado com display centesimal em cristal líquido e pode ser utilizado de forma manual ou através de programações para a seleção de tomada periapical pelo tipo de paciente, filme e dente. Possui tecla de atalho para utilização com sistema de sensor digital com posições predeterminadas. Possui cabo disparador de 5 metros

(Handwritten signature)