



**BLL COMPRAS**

Esclarecimentos - Processo 50/2021 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
DE VÁRZEA GRANDE

Requerimento

Criado em	Texto	Arq. escl.	Endereço
23/12/2021 15:54	<p>Vimos através deste, solicitar pedido de esclarecimento no item 16, Aparelho de Anestesia. Ocorre que o termo solicita "todos os componentes que fazem contato com o fluxo do paciente devem possibilitar rápida montagem e desmontagem pelo operador, sem a necessidade de utilização de ferramentas". Informamos que nosso produto, não necessita de nenhuma ferramenta para desmontagem do sistema do circuito do paciente, para peças que envolvem o manuseio do usuário, para que o mesmo desmonte e faça os devidos procedimentos de higienização, limpeza, desinfecção e esterilização. Logo, entendemos que nosso produto atende plenamente as demandas da rotina do centro cirúrgico. Porém, nosso produto, possui uma desmontagem do sistema, para nível técnico de reparo e manutenção, que precisa de uma chave simples, para desmontagem. Entendendo que nosso produto, atende as demandas da rotina diária, perguntamos se serão aceitos produtos que permitem desmontagem a nível de usuário clínico sem o uso de ferramentas. Aguardamos</p>		Não há arquivo anexado.

Resposta

Criado em	Texto	Arq. resp.	Endereço
27/12/2021 13:00	<p>Bom dia, segunda a equipe técnica responsável pela análise dos equipamentos, de acordo com o edital "todos os componentes que fazem contato com o fluxo do paciente devem possibilitar rápida montagem e desmontagem pelo operador, sem a necessidade de utilização de ferramentas", portanto serão permitidos equipamentos que permitem desmontagem. De qualquer forma esse critério de "todos os componentes que fazem contato com o fluxo do paciente devem possibilitar rápida montagem e desmontagem pelo operador, sem a necessidade de utilização de ferramentas", isso se aplica ao uso rotineiro do equipamento e não para manutenção e reparo do mesmo. Logo, pode ser aceito o equipamento.</p>		Não há arquivo anexado.

  
FRANCISCA LUZIA DE PINHO  
VÁRZEA GRANDE-MT - 27/12/2021

Gerado em: 27/12/2021 13:00:47