

<Pedido de esclarecimento Getinge> REF 526-2020 - CC - Prefeitura Municipal de Várzea Grande - PE 36/2020

Amanda Toldo <amanda.toldo@getinge.com>

Sex, 10/07/2020 16:14

Para: pregaosmsvg@outlook.com <pregaosmsvg@outlook.com>

Prezados, bom dia!

A Getinge do Brasil Equipamentos Médicos Ltda. vem, através desse e-mail, solicitar esclarecimentos para fins de participação no item 01 – Ventilador Pulmonar:

O edital solicita

VENTILADOR ELETRÔNICO MICROPROCESSADO PARA PACIENTES NEONATAIS, PEDIÁTRICOS E ADULTOS

Questionamento: Será aceito VENTILADOR ELETRÔNICO MICROPROCESSADO SOMENTE PARA PACIENTES PEDIÁTRICOS E ADULTOS?!

O edital solicita

SISTEMA DE CONTROLES: POSSUIR CONTROLE E AJUSTE PARA PELO MENOS OS PARÂMETROS COM AS FAIXAS: VOLUME CORRENTE DE NO MÍNIMO ENTRE 10 A 2000ML

Questionamento: Será aceito VOLUME CORRENTE DE NO MÍNIMO ENTRE 20 A 2000ML?!

O edital solicita

MONITORAÇÃO DE VOLUME POR SENSOR PROXIMAL OU DISTAL PARA PACIENTES NEONATAIS - DEVERÁ SER FORNECIDO DOIS SENSORES DE FLUXO PARA CADA CATEGORIA DE PACIENTE;

Questionamento: Será aceito o fornecimento de duas cassetes expiratória no total?! O sensor de fluxo do Servo é universal (atende todas as categorias de pacientes) e reutilizável.

O edital solicita

ACOMPANHAR NO MÍNIMO OS ACESSÓRIOS: MANGUEIRAS PARA CONEXÃO DE OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO

Questionamento: Será aceito MANGUEIRAS SOMENTE PARA CONEXÃO DE OXIGÊNIO?! O VENTILADOR É DE TURBINA.

O edital solicita

SISTEMA DE ALARMES COM PELO MENOS: ALARME DE BAIXA PRESSÃO INSPIRATÓRIA,

Questionamento: Será aceito ALARME DE BAIXA PRESSÃO INSPIRATÓRIA E/OU PEEP BAIXA?!

O edital solicita

BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA DE NO MÍNIMO 120 MINUTOS;

Questionamento: Será aceito BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA DE NO MÍNIMO 60 MINUTOS?!

O edital solicita:

Prazo de entrega: Até 30 dias a partir da emissão da ordem de fornecimento.

Sugerimos que o prazo de entrega seja alterado para 150 (cento e cinquenta) dias sujeito a alterações devido a pandemia do Covid-19, visto que nossos produtos são de origem estrangeira e dependem de importação.

Diante de todo exposto, visando à ampliação da disputa entre os interessados, e ainda, a fim de se aumentar a competitividade, pressuposto da licitação, de se atingir o melhor benefício possível para a administração e para os pacientes, fim último de todo processo licitatório, requeremos que a sugestão de alteração, acima apresentada, seja acolhida.

Certos da especial atenção no assunto, agradecemos antecipadamente e aguardamos breve retorno.

Favor confirmar o recebimento desse e-mail.

Atenciosamente,

**Amanda Demétrio Toldo**  
Bidding Analyst  
Brazil

Phone: +55 11 2608-7421  
[amanda.toldo@getinge.com](mailto:amanda.toldo@getinge.com)

**GETINGE** 

Getinge  
Av. Manuel Bandeira, 291 – Bloco B – Conj. 33 e 34 (novo)  
São Paulo, 05317-020  
Brasil

[www.getinge.com/br](http://www.getinge.com/br)

## Com você a cada passo da jornada

Nosso novo "Hospital Book" ilustra em detalhes como podemos ajudá-lo em sua missão mais importante - salvar vidas.

[Conheça o nosso amplo portfólio de produtos e soluções](#)



This email and any files transmitted with it are confidential and intended solely for the use of the individual or entity to which they are addressed. If you have received this email in error please notify the system manager. This message contains confidential information and is intended only for the individual named. If you are not the named addressee you should not disseminate, distribute or copy this e-mail. Please notify the sender immediately by e-mail if you have received this e-mail by mistake and delete this e-mail from your system. If you are not the intended recipient you are notified that disclosing, copying, distributing or taking any action in reliance on the contents of this information is strictly prohibited.