

QUESTIONAMENTO ITEM 63 - PE 47.20 MAT. HOSPITALAR - VARZEA GRANDE

adilvancuiaba mt <adilvancuiabamt@gmail.com>

Qua, 16/09/2020 07:29

Para: pregaosmsvg@outlook.com <pregaosmsvg@outlook.com>; adilson s. guimaraes guimaraes <adilvanmed@hotmail.com>

📎 1 anexos (771 KB)

17010097B Catálogo e Ficha Técnica Avental SMS - 00.pdf;

☐

Comissão de licitação,

Em relação ao item 63, o descritivo está bem confuso. Pois eles pedem uma gramatura muito acima dos SMS para aventais, pedem que seja "esterilizável".mas as propriedades são de não estéril.

Sendo assim, peço que nos confirme qual o tipo de avental correto que precisam.

O nosso que atenderia esse descritivo, ele é não Estéril, gramatura 40G com barreira bacteriana. Segue ficha do mesmo.

-

Fico no aguardo do seu retorno, desde já agradeço a atenção

sds

Zelma Mariano
Adilvan Comercio e Distribuição LTDA
CNPJ. 02.192.932/0001-09 / Inscrição Estadual 13.191.581-9
65 3623 - 3468 / 65 99957 5554
E-mail: adilvancuiabamt@gmail.com