



1590
φ

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VÁRZEA GRANDE
VÁRZEA GRANDE-MT

ATA DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2021
Processo Administrativo Nº 708793/2021
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: FRANCISCA LUZIA DE PINHO
Data de Publicação: 22/04/2021 10:13:45

LOTE 2 - HOMOLOGADO - 19/08/2021 10:15:51

BERÇO AQUECIDO BERÇO AQUECIDO - ACRILICO TRANSPARENTE MONTADO SOBRE RODIZIOS SENDO 02 RODAS DOTADAS

.4"

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 2 Unidade: UN Marca: MARCA PRÓPRIA Modelo: NEOSOLUTION
Descrição: BERÇO AQUECIDO BERÇO AQUECIDO - ACRILICO TRANSPARENTE MONTADO SOBRE RODIZIOS SENDO 02 RODAS DOTADAS - BERÇO AQUECIDO BERÇO AQUECIDO - ACRILICO TRANSPARENTE MONTADO SOBRE RODIZIOS SENDO 02 RODAS DOTADAS DE FREIO, CONTROLE MICROPROCESSADO TERMOMETRO DE CRISTAL LIQUIDO PARA LEITURA DE TEMPERATURA DO RN OU BERÇO, CALOR SISTEMA DE CALOR IRRADIANTE PROPORCIONAR CALOR HOMOGENEO EM TODO COLCHAO, ALARMES: ALARME AUDIOVISUAL DE SUPER TEMPERATURA, POSICOES DO LEITO: TRENDELEMBURG, ACOMPANHA PRATELEIRAS, MESA COM FRENTE E LATERAIS REBATIVEISEM ACRILICO, SUPORTE DE SORO, DIMENSOES CONFORME EDITAL, ALIMENTACAO: 220V-60HZ, INCLUI: GARANTIA, MANUAL, TREINAMENTO, ASSISTENCIA TECNICA E INFORMACOES COMPLEMENTARES VIDE EDITAL
Quantidade: 3 Valor Unit.: 12.850,00 Valor Total: 38.550,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 GIGANTE RECÉM NASCIDO LTDA EPP	096 62.413.869/0001-15	14.600,00	12.850,00	Não
2 QUICKBUM E COMMERCE EIRELI	046 30.323.616/0001-64	14.632,66	13.699,00	Sim
3 FANEM LTDA	067 61.100.244/0001-30	17.000,00	13.700,00	Não
4 CIRURGICA GONÇALVES LTDA EPP	007 15.371.628/0001-70	14.632,00	13.728,00	Sim

DECLASSIFICADOS

1.1ªk	Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
-------	--------------	---------------	----------------	--------------	----


INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
CIRURGICA PARMA LTDA		085 10.368.534/0001-29	14.632,00	
M.H.M DO COUTO- COMERCIAL ME			14.629,00	Sim

LOTE 4 - HOMOLOGADO - 19/08/2021 10:15:51

CARDIOTOCÓGRAFO CARDIOTOCÓGRAFO - MICROPROCESSADO, PARA INDICAÇÃO DE FREQUENCIA CARDIACA FETAL, POR

VALORES UNITÁRIOS FINAIS



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VÁRZEA GRANDE
VÁRZEA GRANDE-MT

Item: 4 Unidade: UN Marca: COMEN Modelo: STAR5000E
Descrição: CARDIOTOCÓGRAFO CARDIOTOCÓGRAFO - MICROPROCESSADO, PARA INDICAÇÃO DE FREQUÊNCIA CARDÍACA FETAL, POR - CARDIOTOCÓGRAFO CARDIOTOCÓGRAFO - MICROPROCESSADO, PARA INDICAÇÃO DE FREQUÊNCIA CARDÍACA FETAL, POR TÉCNICA DE ULTRA-SOM, REGISTRADOR PROVIDO DE UMA IMPRESSORA TÉRMICA INTEGRADA AO APARELHO, MOSTRADOR COM APRESENTAÇÃO EM TEMPO REAL DAS CONTRAÇÕES UTERINAS E DO BATIMENTO CARDIOFETAL, VALORES DOS BATIMENTOS CARDÍACO FETAL NO DISPLAY DIGITAL NO PAINEL DO EQUIPAMENTO, ALARMES PARA BRADICARDIA, TAQUICARDIA, ACOMPANHA: ELETRODO DE TOCO, 01 TOCO TRANSMISSOR- 02 TRADUTORES DE USG- 03 FRASCOS DE GEL- SOFTWARE COMPATÍVEL COM O APARELHO## CABO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA fit 03 ROLOS DE PAPEL TERMOSSENSÍVEL## CABO DE COMUNICAÇÃO COM COMPUTADOR# CINTA ELÁSTICA PARA FIXAÇÃO DO TRANSDUTOR DE ULTRASSOM E CINTA ELÁSTICA PARA FIXAÇÃO DO TRANSMISSOR DE TOCO; INTERFACE(S) COM SAÍDA RS 232 E SOFTWARE PARA IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE, ONDAS E VALORES NUMÉRICOS, DATA E HORA QUE PERMITE A CONEXÃO AO COMPUTADOR OU NOTEBOOK PARA ARQUIVAMENTO E VISUALIZAÇÃO DE EXAMES, PODENDO SER IMPRESSO EM IMPRESSORA EXTERNA, ALIMENTAÇÃO: 220V, 60HZ, DIMENSÕES: , INCLUI: MANUAIS, GARANTIAS, TREINAMENTOS, INSTALAÇÃO, DEMAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VIDE EDITAL.

"Quantidade: 1 Valor Unit.: 9.000,00 Valor Total: 9.000,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social		Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 SISNAC PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	063	10.444.624/0001-51	10.000,00	9.000,00	Não
2 MTB TECNOLOGIA LTDA EPP	057	01.405.834/0001-40	17.000,00	9.100,00	Não
3 M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS	078	32.593.430/0001-50	17.700,00	9.840,00	Sim
4 J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-ME	046	84.972.926/0001-39	17.300,00	9.850,00	Sim
5 SC MEDICAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	081	12.246.862/0001-88	16.000,00	10.990,00	Sim
6 ANA MARIA PIRES BELEM - ME	013	04.360.651/0001-43	17.733,00	11.999,00	Sim
7 MEDPEJ EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	017	03.155.958/0001-40	17.733,33	12.000,00	Não
8 CIRÚRGICA GONÇALVES LTDA EPP	090	15.371.628/0001-70	17.730,00	12.850,00	Sim
9 MUNDI EQUIPAMENTOS MÉDICOS	041	20.371.330/0001-09	17.733,33	14.396,42	Sim
10 ADILVAN COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	016	02.192.932/0001-09	17.700,00	14.862,00	Sim


DESCLASSIFICADOS

Razão Social		Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	--	---------------	----------------	--------------	----

INABILITADOS

Razão Social		Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
CIRÚRGICA PARMA LTDA	034	10.368.534/0001-29	17.733,00	17.729,00	Sim
M.H.M DO COUTO- COMERCIAL ME	052	97.533.241/0001-38	17.730,00	17.730,00	Sim

LOTE 5 - HOMOLOGADO - 19/08/2021 10:15:51
UNIDADE DE FOTOTERAPIA - APARELHO DE FOTOTERAPIA MICROPROCESSADO UNIDADE DE FOTOTERAPIA DE ALTA IRRA
VALORES UNITÁRIOS FINAIS



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VÁRZEA GRANDE
VÁRZEA GRANDE-MT

Item: 5 **Unidade:** UN **Marca:** FANEM® **Modelo:** BILITRON® BTP

Descrição: UNIDADE DE FOTOTERAPIA - APARELHO DE FOTOTERAPIA MICROPROCESSADO UNIDADE DE FOTOTERAPIA DE ALTA IRR - UNIDADE DE FOTOTERAPIA - APARELHO DE FOTOTERAPIA MICROPROCESSADO UNIDADE DE FOTOTERAPIA DE ALTA IRRADIÂNCIA, COM CAIXA EM PLÁSTICO CONTENDO DISPLAY ALFANUMÉRICO COM BACK LIGHT, TECLADO MEMBRANA PARA CONTROLE MICROPROCESSADO DE FUNÇÕES, POSSIBILIDADE DE AJUSTE DA INTENSIDADE DA IRRADIAÇÃO, REGULAVEL COM ALTURA O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR CONTADOR DE HORAS PARA FUNCIONAMENTO DAS LÂMPADAS E DE IRRADIAÇÃO DE PACIENTE (ESTE ÚLTIMO COM MEMÓRIA VOLÁTIL), ÂNGULO REGULAVEL POSSUIR SAÍDA RS 232 PARA IMPRESSORA OU COMPUTADOR. FÁCIL ACESSO PARA O MÓDULO DA FONTE PARA SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES E LIMPEZA DO COOLER, COM DEVE POSSUIR INCORPORADO, RADIÔMETRO COM Sonda Óptica, com ventilação por sistema deve ser montado sobre pedestal com rodízios, ALIMENTAÇÃO: ALIMENTAÇÃO 220V - 60HZ, DIMENSÕES: CONFORME PEDIDO, ACOMPANHA: TODOS OS DISPOSITIVOS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO COMPLETO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO, INCLUI: GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES PARA PEÇAS E SERVIÇOS. INSTALAÇÃO E TREINAMENTO OPERACIONAL. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DA ANVISA, OU SIMILAR DO PAÍS DE ORIGEM ACOMPANHADO DE TRADUÇÃO JURAMENTADA. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

"Quantidade: 3 **Valor Unit.:** 4.500,00 **Valor Total:** 13.500,00

CLASSIFICAÇÃO					
Razão Social		Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 FANEM LTDA	038	61.100.244/0001-30	5.800,00	4.500,00	Não
DESCLASSIFICADOS					
Razão Social		Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
INABILITADOS					
Razão Social		Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

LOTE 7 - HOMOLOGADO - 19/08/2021 10:15:51
MONITOR MULTIPARAMETROS MONITOR MULTIPARÂMETRO ECG, RESP, SP02, PNI, PI, EQUIPAMENTOS
POSSIBILITANDO


VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 7 **Unidade:** UN **Marca:** MINDRAY **Modelo:** EPM 10 M

Descrição: MONITOR MULTIPARAMETROS MONITOR MULTIPARÂMETRO ECG, RESP, SP02, PNI, PI, EQUIPAMENTOS POSSIBILITANDO - MONITOR MULTIPARAMETROS MONITOR MULTIPARÂMETRO ECG, RESP, SP02, PNI, PI, EQUIPAMENTOS POSSIBILITANDO MONITORIZAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 04 (QUATRO) CURVAS SIMULTÂNEAS E 06 (SEIS) CAMPOS DIGITAIS, SIMULTÂNEOS NA TELA. EQUIPAMENTO DEVERÁ SER CONSTITUÍDO POR MONITOR E PROCESSADOR EM BLOCO ÚNICO E PARÂMETROS DE ECG/ RESP/ SP02/ PNI E PI EM MÓDULOS OU PRÉ-CONFIGURADOS, POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DE NO MÍNIMO 02 (DOIS) NOVOS PARÂMETROS, ENTRE ELES, DÉBITO CARDÍACO, ANÁLISE DE GASES ANESTÉSICOS, ECG 12 DERIVAÇÕES (CABO DE ECG 10 VIAS), SISTEMA DE VÍDEO DISPLAY DIGITAL EM CRISTAL LÍQUIDO COLORIDO COM DIMENSÃO: 10 A 12 (DEZ A DOZE POLEGADAS). CONTROLE DE VELOCIDADE PARA O TRAÇADO DE CURVA: MÍNIMO VARIÁVEL EM 25 MM/S E 50 MM/S, TENDÊNCIA DE, NO MÍNIMO, 24 (VINTE E QUATRO) HORAS APRESENTADA NO MONITOR, PRESSÃO NÃO INVASIVA (PNI): MEDIÇÃO DE PRESSÕES MÉDIA, SISTÓLICA E DIASTÓLICA. MODOS DE OPERAÇÃO: MANUAL, AUTOMÁTICO COM INTERVALOS DE MEDIÇÕES PROGRAMADOS PELO USUÁRIO. LIMITE DE SEGURANÇA DE 300 MMHG PARA INFLAÇÃO DO CUFF SEGUNDO (NBR) IEC 601-2-30, PARAMETRO ECG: SELEÇÃO DE TODAS AS DERIVAÇÕES PADRÃO##NÚMERO DE DERIVAÇÕES: 07 (D1, D2, D3, AVR, AVL, AVF E V). DETECÇÃO DE MARCA-PASSO, SENSIBILIDADE AJUSTÁVEL##SOFTWARE PARA DETECÇÃO DE ARRÍTIMIAS. ANÁLISE DE SEGMENTO ST. FREQUÊNCIA CARDÍACA: FAIXA MÍNIMA PARA AMOSTRAGEM DE FC: 40 200 BPM, OXIMETRIA (SP02): FAIXA: 40 A 100%##MEDIÇÃO DE PULSO: 40A 200 BPM; APRESENTAÇÃO DA CURVA PLESTIOMOGRAFICA SENSORES: 02 (DOIS) SENSORES NÃO DESCARTÁVEIS DEDO PARA PACIENTE NEONATAL, ALARMES DE MÁXIMO E MÍNIMO PARA SATURAÇÃO, RESPIRAÇÃO (RESP): MEDIÇÃO DA RESPIRAÇÃO PELO MÉTODO DE IMPEDANCIOMETRIA TORÁCICA (UTILIZANDO OS ELETRODOS DE ECG). INDICAÇÃO DA FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA E APRESENTAÇÃO DA CURVA DE RESPIRAÇÃO; DETECÇÃO E ALARME DE APNÉIA, ALARMES DE MÁXIMA E MÍNIMA FREQUÊNCIA CARDÍACA## ALARME DE DESCONEXÃO DE ELETRODO, PROTEÇÃO CONTRA DESFIBRILADOR E APARELHOS ELETROCIRÚRGICOS COM RECUPERAÇÃO RÁPIDA DA LINHA DE BASE PULSO DE SINCRONISMO PARA A CARDIOVERSÃO. INTEGRAÇÃO COM CENTRAL DE MONITORIZAÇÃO. SEGURANÇA DO PACIENTE: ENTRADA FLUTUANTE, ALIMENTAÇÃO DE 127/220 VAC 60 HZ SELEÇÃO AUTOMÁTICA. BATERIA DE EMERGÊNCIA SELADA COM AUTONOMIA MÍNIMA PARA 02 (DUAS) HORAS DE USO, COM CARREGADOR DE BATERIA. NOTA: A BATERIA NÃO DEVERÁ SER REMOVIDA DO EQUIPAMENTO PARA O CARREGAMENTO, DEVENDO SER CARREGADA NO

Quantidade: 3 **Valor Unit.:** 16.330,00 **Valor Total:** 48.990,00

CLASSIFICAÇÃO



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VÁRZEA GRANDE
VÁRZEA GRANDE-MT**

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	043 05.743.288/0001-08	40.000,00	16.330,00	Não

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	091 10.444.624/0001-51	13.600,00	9.400,00	Não
MTB TECNOLOGIA LTDA EPP	080 01.405.834/0001-40	16.000,00	9.500,00	Não
ALFA MED SISTEMAS MÉDICOS LTDA	050 11.405.384/0001-49	10.000,00	10.000,00	Não
CIRURGICA PARMA LTDA	074 10.368.534/0001-29	16.330,00	15.999,00	Sim
J.RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA-ME	062 84.972.926/0001-39	16.330,00	16.330,00	Sim
/IN M.H.M DO COUTO- COMERCIAL ME	099 97.533.241/0001-38	16.330,00	16.330,00	Sim
CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE	017 07.626.776/0001-60	16.330,00	16.330,00	Não
R&D MEDIQ EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS	011 01.212.789/0001-07	22.428,50	22.428,50	Sim

LOTE 9 - HOMOLOGADO - 19/08/2021 10:15:51

**INCUBADORA DE TRANSPORTE NEONATAL EQUIPAMENTO POSSUI CÚPULA CONSTRUÍDA EM ACRÍLICO
TRANSPARENTE, COM**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 9	Unidade: UN	Marca: FANEM®	Modelo: IT-158T5
Descrição: INCUBADORA DE TRANSPORTE NEONATAL EQUIPAMENTO POSSUI CÚPULA CONSTRUÍDA EM ACRÍLICO TRANSPARENTE, COM - INCUBADORA DE TRANSPORTE NEONATALEQUIPAMENTO POSSUI CÚPULA CONSTRUÍDA EM ACRÍLICO TRANSPARENTE, COM PAREDES DUPLAS EM TODA SUA SUPERFÍCIE PARA PROTEÇÃO DO PACIENTE CONTRA PERDA DE CALOR. BASE EM MATERIAL PLÁSTICO, POSSUIR ALÇAS PARA TRANSPORTE E DOIS SUPORTES PARA CILINDROS DE GASES MEDICINAIS. PORTA DE ACESSO FRONTAL E OUTRA PORTA DE ACESSO LATERAL, AMBAS COM PAREDES DUPLAS; POSSUIR PORTINHAS COM MANGA PUNHO E GUARNIÇÕES AUTOCLAVÁVEIS EM SILICONE ATÓXICO; 1 PORTINHA TIPO ÍRIS PARA PASSAGEM DE TUBOS E DRENOS. PARA-CHÓQUE QUE PROTEGE TODO O PERÍMETRO DA INCUBADORA. DEVE POSSUIR LEITO REMOVÍVEL EM MATERIAL PLÁSTICO ANTIALÉRGICO COM DIMENSÕES QUE PERMITAM ADEQUADA ERGONOMIA PARA CINTOS DE SEGURANÇA EM MATERIAL MACIO E RESISTENTE, DE FÁCIL AJUSTE. DEVE POSSUIR COLCHÃO REMOVÍVEL, IMPERMEÁVEL E DE MATERIAL ATÓXICO E AUTO-EXTINGUÍVEL COM ESPUMA COM DENSIDADE ADEQUADA, SEM COSTURA, Prensada e capa removível. ENTRADA DE "OXIGÊNIO SEM DESPEJO DE GÁS PARA A ATMOSFERA, PERMITINDO ALTA EFICIÊNCIA, ECONOMIA E PROTEÇÃO, ACOPLADA A SUPORTE COM ALTURA AJUSTÁVEL, COM RODÍZIOS E FREIOS. UMIDIFICAÇÃO ATRAVÉS DE ESPUMA SOB O LEITO. ILUMINAÇÃO AUXILIAR COM HASTE FLEXÍVEL PARA AJUSTE DO FOCO. DEVE POSSUIR FILTRO DE RETENÇÃO BACTERIOLÓGICO. PAINEL DE CONTROLE DEVE PROPORCIONAR A MONITORIZAÇÃO TÉRMICA DO AMBIENTE DO PACIENTE, POSSUIR CONTROLE MICROPROCESSADO DE TEMPERATURA DE AR DO AMBIENTE INTERNO DA INCUBADORA E CONTROLE DE TEMPERATURA DO NEONATO MEDIANTE UM SENSOR DE TEMPERATURA DE PELE. DEVE POSSUIR ALARMES AUDIOVISUAIS PARA FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA E FALTA DE ENERGIA DA BATERIA, BATERIA EM CARREGAMENTO, FALTA DE CIRCULAÇÃO DE AR, ALTA/BAIXA TEMPERATURA DO AR, SENSOR DO RN DESCONECTADO, HIPOTERMIA/HIPERTERMIA, INDICAÇÃO DO MODO DE ALIMENTAÇÃO, INDICAÇÃO DAS TEMPERATURAS DO AR. DEVE POSSUIR INDICAÇÃO VISUAL DO STATUS LIGADO/DESLIGADO DO APARELHO; DEVE POSSUIR BATERIA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA DE PELO MENOS 4 HORAS; CARREGADOR AUTOMÁTICO DO TIPO FLUTUANTE INCORPORADO. ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO, NO MÍNIMO: CARRO DE TRANSPORTE TIPO MACA, COM ALTURA AJUSTÁVEL, RESISTENTE A CHOQUES MECÂNICOS, ACOPLÁVEL À AMBULÂNCIA, 2 CILINDROS EM ALUMÍNIO TIPO D OU E PARA OXIGÊNIO OU AR COMPRIMIDO COM VÁLVULA REDUTORA E MANÔMETRO, SUPORTE DE SORO COM ALTURA AJUSTÁVEL, PRATELEIRA PARA COLOCAÇÃO DE PERIFÉRICOS; CABOS DE LIGAÇÃO, TUBO DE OXIGÊNIO			
Quantidade: 2	Valor Unit.: 32.605,00	Valor Total: 65.210,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 FANEM LTDA	042 61.100.244/0001-30	40.000,00	32.605,00	Não

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	----

INABILITADOS



1574
C

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VÁRZEA GRANDE
VÁRZEA GRANDE-MT

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
CIRURGICA PARMA LTDA	026 10.368.534/0001-29	32.605,00	32.604,00	Sim
QUICKBUM E COMMERCE EIRELI	070 30.323.616/0001-64	32.605,00	32.605,00	Sim

LOTE 10 - HOMOLOGADO - 19/08/2021 10:15:51
INCUBADORA NEONATAL (ESTACIONÁRIA) EQUIPAMENTO CONSTRUÍDO EM MATERIAL NÃO-FERROSO
PARA EVITAR OXIDAÇÃO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 10	Unidade: UN	Marca: MARCA PRÓPRIA	Modelo: MILLENIUM
Descrição: INCUBADORA NEONATAL (ESTACIONÁRIA) EQUIPAMENTO CONSTRUÍDO EM MATERIAL NÃO-FERROSO PARA EVITAR OXIDAÇ - INCUBADORA NEONATAL (ESTACIONÁRIA)EQUIPAMENTO CONSTRUÍDO EM MATERIAL NÃO-FERROSO PARA EVITAR OXIDAÇÕES E FACILITAR ASSEPSIA; CÚPULA EM ACRÍLICO TRANSPARENTE DE PAREDES DUPLAS PARA EVITAR A PERDA DE CALOR POR RADIAÇÃO; POSSUIR TRAVA DE SEGURANÇA E/OU MECANISMO DE AMORTECIMENTO PARA FECHAMENTO SUAVE DA CÚPULA PARA EVITAR ACIDENTES; POSSUIR PORTA DE ACESSO REBATÍVEL; POSSUI PELO MENOS 5 PORTINHAS OVAIS COM TRINCOS QUE POSSAM SER ABERTOS COM OS COTOVELOS E FECHAMENTO SOBRE GUARNIÇÃO DE MATERIAL ATÓXICO, GARANTINDO O ISOLAMENTO E A CONDIÇÃO DE LEVE PRESSÃO POSITIVA DENTRO DA CÂMARA; POSSUIR PELO MENOS UMA PORTINHA DO TIPO ÍRIS, PERMITINDO A PASSAGEM E POSICIONAMENTO DE CIRCUITOS DE RESPIRADORES, FACILITANDO AS MANOBRAS DE INTUBAÇÃO, SEM ALTERAR AS CONDIÇÕES DO AMBIENTE; POSSUIR PASSA-TUBOS NAS LATERAIS DA CÚPULA, PERMITINDO O ACESSO DE CABOS E CIRCUITOS PARA O PACIENTE; SUPORTE COM RODÍZIOS DE PELO MENOS 4 POLEGADAS E FREIOS; LEITO DO PACIENTE CONSTRUÍDO EM MATERIAL PLÁSTICO, ATÓXICO E RADIOTRANSARENTE, PERMITINDO O PROCEDIMENTO DE RADIOGRAFIA SEM REMOVER O PACIENTE, AJUSTES DO LEITO NAS POSIÇÕES MÍNIMAS DE TRENDELENBURG E PRÓCLIVE, SEM ABRIR A CÚPULA; POSSIBILIDADE DE DESLOCAMENTO DO LEITO PARA FORA DA CÚPULA, NA PARTE FRONTAL, ATRAVÉS DE TRILHOS, COM TRAVA DE SEGURANÇA; POSSUIR COLCHÃO DE ESPUMA DE DENSIDADE ADEQUADA AO CONFORTO DO PACIENTE; CAPA DE MATERIAIS ATÓXICOS E AUTOEXTINGUÍVEIS; NÃO POSSUIR CANTOS VIVOS, FACILITANDO OS TRABALHOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO; PAINEL DE CONTROLE MICROPROCESSADO DE FÁCIL ACESSO E REMOÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO, POSSUIR DISPLAY DE LCD OU LEDS QUE APRESENTE AS INFORMAÇÕES DOS PARÂMETROS MONITORADOS; SERVOCONTROLE DE TEMPERATURA DO AR ATC (TEMPERATURA DO AR CONTROLADA) E DE PELE ITC (TEMPERATURA DO RN CONTROLADA), SERVOCONTROLE CONTINUO DE UMIDADE RELATIVA DO AR; ALARMES DE INDICAÇÃO VISUAL E SONORO DE NO MÍNIMO: ALTA TEMPERATURA AR/PELE; BAIXA TEMPERATURA AR/PELE; ALTA DE CIRCULAÇÃO DO AR; HIPOTERMIA E HIPERTERMIA, DESCONEXÃO DO SENSOR À PELE DO PACIENTE, FALTA DE SENSOR, FALTA DE ENERGIA, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO EM CASO DE ALTA TEMPERATURA; SISTEMA DE SEGURANÇA; POSSUIR TECLA PARA SILENCIAR ALARMES MOMENTANEAMENTE; INDICAÇÃO DAS TEMPERATURAS MEDIDAS E AJUSTADAS DE PELE E AR, PELO MENOS. MEMORIZAÇÃO DOS ÚLTIMOS VALORES PROGRAMADOS DE TEMPERATURAS, UMIDADE E ALARMES			
Quantidade: 4	Valor Unit.: 20.450,00		Valor Total: 81.800,00
PN.			

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 GIGANTE RECÉM NASCIDO LTDA EPP	077 62.413.869/0001-15	21.479,00	20.450,00	Não
2 FANEM LTDA	075 61.100.244/0001-30	39.000,00	30.000,00	Não

DESCLASSIFICADOS


Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
CIRURGICA PARMA LTDA	092 10.368.534/0001-29	21.479,00	21.479,00	Sim

LOTE 12 - HOMOLOGADO - 19/08/2021 10:15:51
BANQUETA GIRATÓRIA - MOCHO BANQUETA - DE AÇO INOX, NO FORMATO REDONDO, GIRATORIA COM
REGULAGEM POR M

VALORES UNITÁRIOS FINAIS



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VÁRZEA GRANDE
VÁRZEA GRANDE-MT**

Item: 12 **Unidade:** UN **Marca:** Renascer **Modelo:** RN4885

Descrição: BANQUETA GIRATÓRIA - MOCHO BANQUETA - DE ACO INOX, NO FORMATO REDONDO, GIRATORIA COM REGULAGEM POR M - BANQUETA GIRATÓRIA - MOCHOBANQUETA - DE ACO INOX, NO FORMATO REDONDO, GIRATORIA COM REGULAGEM POR MEIO DE FUSO, COM ALTURA DE 80 CM, ASSENTO MEDINDO 37 CM DE DIAMETRO, COM PES DE SECAO TUBULAR EM ACO INOX, MED.1° DE DIAMETRO E CONTENDO SUPORTE P/ APOIO DE PES DE 5/16°, AMBOS COM CHAPA DE ESPESSURA MINIMA DE 1,2 MM.

Quantidade: 1

Valor Unit.: 410,00

Valor Total: 410,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social		Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 ANA MARIA PIRES BELEM - ME	061	04.360.651/0001-43	410,00	410,00	Sim
2 SALVI.E LOPES E CIA LTDA.	029	82.478.140/0001-34	410,83	410,83	Sim


DECLASSIFICADOS

Razão Social		Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	--	---------------	----------------	--------------	----

INABILITADOS

Razão Social		Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
CIRURGICA PARMA LTDA	093	10.368.534/0001-29	410,00	410,00	Sim

AUTORIDADE: GONÇALO APARECIDO DE BARROS



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VÁRZEA GRANDE
VÁRZEA GRANDE-MT

ATA DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2021
Processo Administrativo Nº 708793/2021
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: FRANCISCA LUZIA DE PINHO
Data de Publicação: 22/04/2021 10:13:45

LOTE 2 - HOMOLOGADO - 19/08/2021 10:15:51

BERÇO AQUECIDO BERÇO AQUECIDO - ACRILICO TRANSPARENTE MONTADO SOBRE RODIZIOS SENDO 02

R O D A S D O T A D A S

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 2 Unidade: UN Marca: MARCA PRÓPRIA Modelo: NEOSOLUTION
Descrição: BERÇO AQUECIDO BERÇO AQUECIDO - ACRILICO TRANSPARENTE MONTADO SOBRE RODIZIOS SENDO 02
RODAS DOTADAS - BERÇO AQUECIDO BERÇO AQUECIDO - ACRILICO TRANSPARENTE MONTADO SOBRE RODIZIOS
SEND0 02 RODAS DOTADAS DE FREIO, CONTROLE MICROPROCESSADO TERMOMETRO DE CRISTAL LIQUIDO PARA
LEITURA DE TEMPERATURA DO RN OU BERÇO, CALOR SISTEMA DE CALOR IRRADIANTE PROPORCIONAR CALOR
HOMOGENEO EM TODO COLCHAO, ALARMES: ALARME AUDIOVISUAL DE SUPER TEMPERATURA, POSICOES DO LEITO:
TRENDELEMBURG, ACOMPANHA PRATELEIRAS, MESA COM FRENTE E LATERAIS REBATIVEISEM ACRILICO, SUPORTE DE
SORO, DIMENSOES CONFORME EDITAL, ALIMENTACAO: 220V-60HZ, INCLUI: GARANTIA, MANUAL, TREINAMENTO,
ASSISTENCIA TECNICA E INFORMACOES COMPLEMENTARES VIDE EDITAL
Quantidade: 3 Valor Unit.: 12.850,00 Valor Total: 38.550,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 GIGANTE RECÉM NASCIDO LTDA EPP	096 62.413.869/0001-15	14.600,00	12.850,00	Não
2 QUICKBUM E COMMERCE EIRELI	046 30.323.616/0001-64	14.632,66	13.699,00	Sim
3 FANEM LTDA	067 61.100.244/0001-30	17.000,00	13.700,00	Não
4 CIRURGICA GONÇALVES LTDA EPP	007 15.371.628/0001-70	14.632,00	13.728,00	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	----


INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
CIRURGICA PARMA LTDA	085 10.368.534/0001-29	14.632,00	14.629,00	Sim
M.H.M DO COUTO- COMERCIAL ME	005 97.533.241/0001-38	14.630,50	14.630,50	Sim

LOTE 4 - HOMOLOGADO - 19/08/2021 10:15:51

CARDIOTOCÓGRAFO CARDIOTOCÓGRAFO - MICROPROCESSADO, PARA INDICACAO DE FREQUENCIA
CARDIACA FETAL, POR

VALORES UNITÁRIOS FINAIS



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VÁRZEA GRANDE
VÁRZEA GRANDE-MT

Item: 4 Unidade: UN Marca: COMEN Modelo: STAR5000E

Descrição: CARDIOTOCOGRAFO CARDIOTOCOGRAFO - MICROPROCESSADO, PARA INDICAÇÃO DE FREQUÊNCIA CARDÍACA FETAL, POR - CARDIOTOCOGRAFOCARDIOTOCOGRAFO - MICROPROCESSADO, PARA INDICAÇÃO DE FREQUÊNCIA CARDÍACA FETAL, POR TÉCNICA DE ULTRA-SOM, REGISTRADOR PROVIDO DE UMA IMPRESSORA TÉRMICA INTEGRADA AO APARELHO, MOSTRADOR COM APRESENTAÇÃO EM TEMPO REAL DAS CONTRAÇÕES UTERINAS E DO BATIMENTO CARDIOFETAL, VALORES DOS BATIMENTOS CARDÍACO FETAL NO DISPLAY DIGITAL NO PAINEL DO EQUIPAMENTO, ALARMES PARA BRADICARDIA, TAQUICARDIA, ACOMPANHA: ELETRODO DE TOCO, 01 TOCO TRANSMISSOR- 02 TRADUTORES DE USG- 03 FRASCOS DE GEL- SOFTWARE COMPATÍVEL COM O APARELHO#J# CABO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA## 03 ROLOS DE PAPEL TERMOSSENSÍVEL## CABO DE COMUNICAÇÃO COM COMPUTADOR## CINTA ELÁSTICA PARA FIXAÇÃO DO TRANSDUTOR DE ULTRASSOM E CINTA ELÁSTICA PARA FIXAÇÃO DO TRANSMISSOR DE TOCO, INTERFACE(S) COM SAÍDA RS 232 E SOFTWARE PARA IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE, ONDAS E VALORES NUMÉRICOS, DATA E HORA QUE PERMITE A CONEXÃO AO COMPUTADOR OU NOTEBOOK PARA ARQUIVAMENTO E VISUALIZAÇÃO DE EXAMES, PODENDO SER IMPRESSO E4M IMPRESSORA EXTERNA, ALIMENTAÇÃO: 220V, 60HZ, DIMENSÕES: , INCLUI: MANUAIS, GARANTIAS, TREINAMENTOS, INSTALAÇÃO, DEMAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VIDE EDITAL.

"Quantidade: 1 Valor Unit.: 9.000,00 Valor Total: 9.000,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 SISNAC PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	063 10.444.624/0001-51	10.000,00	9.000,00	Não
2 MTB TECNOLOGIA LTDA EPP	057 01.405.834/0001-40	17.000,00	9.100,00	Não
3 M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS	078 32.593.430/0001-50	17.700,00	9.840,00	Sim
4 J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-ME	046 84.972.926/0001-39	17.300,00	9.850,00	Sim
5 SC MEDICAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	081 12.246.862/0001-88	16.000,00	10.990,00	Sim
6 ANA MARIA PIRES BELEM - ME	013 04.360.651/0001-43	17.733,00	11.999,00	Sim
7 MEDPEJ EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	017 03.155.958/0001-40	17.733,33	12.000,00	Não
8 CIRÚRGICA GONÇALVES LTDA EPP	090 15.371.628/0001-70	17.730,00	12.850,00	Sim
9 MUNDI EQUIPAMENTOS MÉDICOS	041 20.371.330/0001-09	17.733,33	14.396,42	Sim
10 ADILVAN COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	016 02.192.932/0001-09	17.700,00	14.862,00	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	----

INABILITADOS

.00"	Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
	CIRÚRGICA PARMA LTDA	034 10.368.534/0001-29	17.733,00	17.729,00	Sim
	M.H.M DO COUTO- COMERCIAL ME	052 97.533.241/0001-38	17.730,00	17.730,00	Sim

LOTE 5 - HOMOLOGADO - 19/08/2021 10:15:51

UNIDADE DE FOTOTERAPIA - APARELHO DE FOTOTERAPIA MICROPROCESSADO UNIDADE DE FOTOTERAPIA DE ALTA IRRA

VALORES UNITÁRIOS FINAIS



P. 1598
7

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VÁRZEA GRANDE
VÁRZEA GRANDE-MT**

Item: 5 **Unidade:** UN **Marca:** FANEM® **Modelo:** BILITRON® BTP
Descrição: UNIDADE DE FOTOTERAPIA - APARELHO DE FOTOTERAPIA MICROPROCESSADO UNIDADE DE FOTOTERAPIA DE ALTA IRRADIAÇÃO - UNIDADE DE FOTOTERAPIA - APARELHO DE FOTOTERAPIA MICROPROCESSADO UNIDADE DE FOTOTERAPIA DE ALTA IRRADIÂNCIA, COM CAIXA EM PLÁSTICO CONTENDO DISPLAY ALFANUMÉRICO COM BACK LIGHT, TECLADO MEMBRANA PARA CONTROLE MICROPROCESSADO DE FUNÇÕES, POSSIBILIDADE DE AJUSTE DA INTENSIDADE DA IRRADIAÇÃO, REGULAVEL COM ALTURA O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR CONTADOR DE HORAS PARA FUNCIONAMENTO DAS LÂMPADAS E DE IRRADIAÇÃO DE PACIENTE (ESTE ÚLTIMO COM MEMÓRIA VOLÁTIL), ÂNGULO REGULAVEL POSSUIR SAÍDA RS 232 PARA IMPRESSORA OU COMPUTADOR. FÁCIL ACESSO PARA O MÓDULO DA FONTE PARA SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES E LIMPEZA DO COOLER, COM DEVE POSSUIR INCORPORADO, RADIÔMETRO COM Sonda Óptica, COM VENTILAÇÃO POR SISTEMA DEVE SER MONTADO SOBRE PEDESTAL COM RODÍZIOS, ALIMENTAÇÃO: ALIMENTAÇÃO 220V - 60HZ, DIMENSÕES: CONFORME PEDIDO, ACOMPANHA: TODOS OS DISPOSITIVOS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO COMPLETO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO, INCLUI: GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES PARA PEÇAS E SERVIÇOS. INSTALAÇÃO E TREINAMENTO OPERACIONAL. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DA ANVISA, OU SIMILAR DO PAÍS DE ORIGEM ACOMPANHADO DE TRADUÇÃO JURAMENTADA. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.
Quantidade: 3 **Valor Unit.:** 4.500,00 **Valor Total:** 13.500,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social		Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 FANEM LTDA	038	61.100.244/0001-30	5.800,00	4.500,00	Não

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	----

LOTE 7 - HOMOLOGADO - 19/08/2021 10:15:51

**MONITOR MULTIPARAMETROS MONITOR MULTIPARÂMETRO ECG, RESP, SP02, PNI, PI, EQUIPAMENTOS
POSSIBILITANDO**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 7 **Unidade:** UN **Marca:** MINDRAY **Modelo:** EPM 10 M
Descrição: MONITOR MULTIPARAMETROS MONITOR MULTIPARÂMETRO ECG, RESP, SP02, PNI, PI, EQUIPAMENTOS POSSIBILITANDO - MONITOR MULTIPARAMETROS MONITOR MULTIPARÂMETRO ECG, RESP, SP02, PNI, PI, EQUIPAMENTOS POSSIBILITANDO MONITORIZAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 04 (QUATRO) CURVAS SIMULTÂNEAS E 06 (SEIS) CAMPOS DIGITAIS, SIMULTÂNEOS NA TELA. EQUIPAMENTO DEVERÁ SER CONSTITUÍDO POR MONITOR E PROCESSADOR EM BLOCO ÚNICO E PARÂMETROS DE ECG/ RESP/ SP02/ PNI E PI EM MÓDULOS OU PRÉ-CONFIGURADOS, POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DE NO MÍNIMO 02 (DOIS) NOVOS PARÂMETROS, ENTRE ELES, DÉBITO CARDÍACO, ANÁLISE DE GASES ANESTÉSICOS, ECG 12 DERIVAÇÕES (CABO DE ECG 10 VIAS), SISTEMA DE VÍDEO DISPLAY DIGITAL EM CRISTAL LÍQUIDO COLORIDO COM DIMENSÃO: 10 A 12 (DEZ A DOZE POLEGADAS). CONTROLE DE VELOCIDADE PARA O TRAÇADO DE CURVA: MÍNIMO VARIÁVEL EM 25 MM/S E 50 MM/S, TENDÊNCIA DE, NO MÍNIMO, 24 (VINTE E QUATRO) HORAS APRESENTADA NO MONITOR, PRESSÃO NÃO INVASIVA (PNI): MEDIÇÃO DE PRESSÕES MÉDIA, SISTÓLICA E DIASTÓLICA. MODOS DE OPERAÇÃO: MANUAL, AUTOMÁTICO COM INTERVALOS DE MEDIÇÕES PROGRAMADOS PELO USUÁRIO. LIMITE DE SEGURANÇA DE 300 MMHG PARA INFLAÇÃO DO CUFF SEGUNDO (NBR) IEC 601-2-30, PARÂMETRO ECG: SELEÇÃO DE TODAS AS DERIVAÇÕES PADRÃO##NÚMERO DE DERIVAÇÕES: 07 (D1, D2, D3, AVR, AVL, AVF E V). DETECÇÃO DE MARCA-PASSO, SENSIBILIDADE AJUSTÁVEL##SOFTWARE PARA DETECÇÃO DE ARRITIMIAS. ANÁLISE DE SEGMENTO ST. FREQUÊNCIA CARDÍACA: FAIXA MÍNIMA PARA AMOSTRAGEM DE FC: 40 200 BPM, OXIMETRIA (SP02): FAIXA: 40 A 100%##MEDIÇÃO DE PULSO: 40 A 200 BPM; APRESENTAÇÃO DA CURVA PLESTIOMOGRAFICA SENSORES: 02 (DOIS) SENSORES NÃO DESCARTÁVEIS DEDO PARA PACIENTE NEONATAL, ALARMES DE MÁXIMO E MÍNIMO PARA SATURAÇÃO, RESPIRAÇÃO (RESP): MEDIÇÃO DA RESPIRAÇÃO PELO MÉTODO DE IMPEDANCIOMETRIA TORÁCICA (UTILIZANDO OS ELETRODOS DE ECG). INDICAÇÃO DA FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA E APRESENTAÇÃO DA CURVA DE RESPIRAÇÃO; DETECÇÃO E ALARME DE APNÉIA, ALARMES DE MÁXIMA E MÍNIMA FREQUÊNCIA CARDÍACA## ALARME DE DESCONEXÃO DE ELETRODO, PROTEÇÃO CONTRA DESFIBRILADOR E APARELHOS ELETROCIÚRGICOS COM RECUPERAÇÃO RÁPIDA DA LINHA DE BASE PULSO DE SINCRONISMO PARA A CARDIOVERSÃO. INTEGRAÇÃO COM CENTRAL DE MONITORIZAÇÃO. SEGURANÇA DO PACIENTE: ENTRADA FLUTUANTE, ALIMENTAÇÃO DE 127/220 VAC 60 HZ SELEÇÃO AUTOMÁTICA. BATERIA DE EMERGÊNCIA SELADA COM AUTONOMIA MÍNIMA PARA 02 (DUAS) HORAS DE USO, COM CARREGADOR DE BATERIA. NOTA: A BATERIA NÃO DEVERÁ SER REMOVIDA DO EQUIPAMENTO PARA O CARREGAMENTO, DEVENDO SER CARREGADA NO
Quantidade: 3 **Valor Unit.:** 16.330,00 **Valor Total:** 48.990,00

CLASSIFICAÇÃO



1579
0

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VÁRZEA GRANDE
VÁRZEA GRANDE-MT

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	043 05.743.288/0001-08	40.000,00	16.330,00	Não
DECLASSIFICADOS				
Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
INABILITADOS				
Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	091 10.444.624/0001-51	13.600,00	9.400,00	Não
MTB TECNOLOGIA LTDA EPP	080 01.405.834/000140	16.000,00	9.500,00	Não
ALFA MED SISTEMAS MÉDICOS LTDA	050 11.405.384/0001-49	10.000,00	10.000,00	Não
CIRURGICA PARMA LTDA	074 10.368.534/0001-29	16.330,00	15.999,00	Sim
J.RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA-ME	062 84.972.926/0001-39	16.330,00	16.330,00	Sim
M.H.M DO COUTO- COMERCIAL ME	099 97.533.241/0001-38	16.330,00	16.330,00	Sim
CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE	017 07.626.776/0001-60	16.330,00	16.330,00	Não
R&D MEDIQ EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS	011 01.212.789/0001-07	22.428,50	22.428,50	Sim

LOTE 9 - HOMOLOGADO - 19/08/2021 10:15:51

INCUBADORA DE TRANSPORTE NEONATAL EQUIPAMENTO POSSUI CÚPULA CONSTRUÍDA EM ACRÍLICO
TRANSPARENTE, COM

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 9 Unidade: UN

Marca: FANEM®

Modelo: IT-158T5

Descrição: INCUBADORA DE TRANSPORTE NEONATAL EQUIPAMENTO POSSUI CÚPULA CONSTRUÍDA EM ACRÍLICO TRANSPARENTE, COM - INCUBADORA DE TRANSPORTE NEONATALEQUIPAMENTO POSSUI CÚPULA CONSTRUÍDA EM ACRÍLICO TRANSPARENTE, COM PAREDES DUPLAS EM TODA SUA SUPERFÍCIE PARA PROTEÇÃO DO PACIENTE CONTRA PERDA DE CALOR. BASE EM MATERIAL PLÁSTICO, POSSUIR ALÇAS PARA TRANSPORTE E DOIS SUPORTES PARA CILINDROS DE GASES MEDICINAIS. PORTA DE ACESSO FRONTAL E OUTRA PORTA DE ACESSO LATERAL, AMBAS COM PAREDES DUPLAS; POSSUIR PORTINHAS COM MANGA PUNHO E GUARNIÇÕES AUTOCLAVÁVEIS EM SILICONE ATÓXICO; 1 PORTINHOLA TIPO ÍRIS PARA PASSAGEM DE TUBOS E DRENOS. PARA-CHOQUE QUE PROTEGE TODO O PERÍMETRO DA INCUBADORA. DEVE POSSUIR LEITO REMOVÍVEL EM MATERIAL PLÁSTICO ANTIALÉRGICO COM DIMENSÕES QUE PERMITAM ADEQUADA ERGONOMIA PARA CINTOS DE SEGURANÇA EM MATERIAL MACIO E RESISTENTE, DE FÁCIL AJUSTE. DEVE POSSUIR COLCHÃO REMOVÍVEL, IMPERMEÁVEL E DE MATERIAL ATÓXICO E AUTO-EXTINGUÍVEL COM ESPUMA COM DENSIDADE ADEQUADA, SEM COSTURA, Prensada e capa removível. ENTRADA DE OXIGÊNIO SEM DESPEJO DE GÁS PARA A ATMOSFERA, PERMITINDO ALTA EFICIÊNCIA, ECONOMIA E PROTEÇÃO, ACOPLADA A SUPORTE COM ALTURA AJUSTÁVEL, COM RODÍZIOS E FREIOS. UMIDIFICAÇÃO ATRAVÉS DE ESPUMA SOB O LEITO. ILUMINAÇÃO AUXILIAR COM HASTE FLEXÍVEL PARA AJUSTE DO FOCO. DEVE POSSUIR FILTRO DE RETENÇÃO BACTERIOLÓGICO. PAINEL DE CONTROLE DEVE PROPORCIONAR A MONITORIZAÇÃO TÉRMICA DO AMBIENTE DO PACIENTE, POSSUIR CONTROLE MICROPROCESSADO DE TEMPERATURA DE AR DO AMBIENTE INTERNO DA INCUBADORA E CONTROLE DE TEMPERATURA DO NEONATO MEDIANTE UM SENSOR DE TEMPERATURA DE PELE. DEVE POSSUIR-ALARMES AUDIOVISUAIS PARA FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA E FALTA DE ENERGIA DA BATERIA, BATERIA EM CARREGAMENTO, FALTA DE CIRCULAÇÃO DE AR, ALTA/BAIXA TEMPERATURA DO AR, SENSOR DO RN DESCONECTADO, HIPOTERMIA/HIPERTERMIA, INDICAÇÃO DO MODO DE ALIMENTAÇÃO, INDICAÇÃO DAS TEMPERATURAS DO AR. DEVE POSSUIR INDICAÇÃO VISUAL DO STATUS LIGADO/DESLIGADO DO APARELHO; DEVE POSSUIR BATERIA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA DE PELO MENOS 4 HORAS; CARREGADOR AUTOMÁTICO DO TIPO FLUTUANTE INCORPORADO. ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO, NO MÍNIMO: CARRO DE TRANSPORTE TIPO MACA, COM ALTURA AJUSTÁVEL, RESISTENTE À CHOQUES MECÂNICOS, ACOPLÁVEL A AMBULÂNCIA, 2 CILINDROS EM ALUMÍNIO TIPO D OU E PARA OXIGÊNIO OU AR COMPRIMIDO COM VÁLVULA REDUTORA E MANÔMETRO, SUPORTE DE SORO COM ALTURA AJUSTÁVEL, PRATELEIRA PARA COLOCAÇÃO DE PERIFÉRICOS; CABOS DE LIGAÇÃO, TUBO DE OXIGÊNIO

Quantidade: 2

Valor Unit.: 32.605,00

Valor Total: 65.210,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 FANEM LTDA	042 61.100.244/0001-30	40.000,00	32.605,00	Não

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
INABILITADOS				



1580
Φ

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VÁRZEA GRANDE
VÁRZEA GRANDE-MT

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
CIRURGICA PARMA LTDA	026 10.368.534/0001-29	32.605,00	32.604,00	Sim
QUICKBUM E COMMERCE EIRELI	070 30.323.616/0001-64	32.605,00	32.605,00	Sim

LOTE 10 - HOMOLOGADO - 19/08/2021 10:15:51
INCUBADORA NEONATAL (ESTACIONÁRIA) EQUIPAMENTO CONSTRUÍDO EM MATERIAL NÃO-FERROSO
PARA EVITAR OXIDAÇÃO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 10	Unidade: UN	Marca: MARCA PRÓPRIA	Modelo: MILLENIUM
Descrição: INCUBADORA NEONATAL (ESTACIONÁRIA) EQUIPAMENTO CONSTRUÍDO EM MATERIAL NÃO-FERROSO PARA EVITAR OXIDAÇÃO - INCUBADORA NEONATAL (ESTACIONÁRIA) EQUIPAMENTO CONSTRUÍDO EM MATERIAL NÃO-FERROSO PARA EVITAR OXIDAÇÕES E FACILITAR ASSEPSIA; CÚPULA EM ACRÍLICO TRANSPARENTE DE PAREDES DUPLAS PARA EVITAR A PERDA DE CALOR POR RADIAÇÃO; POSSUIR TRAVA DE SEGURANÇA E/OU MECANISMO DE AMORTECIMENTO PARA FECHAMENTO SUAVE DA CÚPULA PARA EVITAR ACIDENTES; POSSUIR PORTA DE ACESSO REBATÍVEL; POSSUIR PELO MENOS 5 PORTINHAS OVAIS COM TRINCOS QUE POSSAM SER ABERTOS COM OS COTOVELOS E FECHAMENTO SOBRE GUARNIÇÃO DE MATERIAL ATÓXICO, GARANTINDO O ISOLAMENTO E A CONDIÇÃO DE LEVE PRESSÃO POSITIVA DENTRO DA CÂMARA; POSSUIR PELO MENOS UMA PORTINHA DO TIPO ÍRIS, PERMITINDO A PASSAGEM E POSICIONAMENTO DE CIRCUITOS DE RESPIRADORES, FACILITANDO AS MANOBRAS DE INTUBAÇÃO, SEM ALTERAR AS CONDIÇÕES DO AMBIENTE; POSSUIR PASSA-TUBOS NAS LATERAIS DA CÚPULA, PERMITINDO O ACESSO DE CABOS E CIRCUITOS PARA O PACIENTE; SUPORTE COM RODÍZIOS DE PELO MENOS 4 POLEGADAS E FREIOS; LEITO DO PACIENTE CONSTRUÍDO EM MATERIAL PLÁSTICO, ATÍ:5(1C° E RADIOTRANSARENTE, PERMITINDO O PROCEDIMENTO DE RADIOGRAFIA SEM REMOVER O PACIENTE, AJUSTES DO LEITO NAS POSIÇÕES MÍNIMAS DE TRENDELENBURG E PRÓCLIVE, SEM ABRIR A CÚPULA; POSSIBILIDADE DE DESLOCAMENTO DO LEITO PARA FORA DA CÚPULA, NA PARTE FRONTAL, ATRAVÉS DE TRILHOS, COM TRAVA DE SEGURANÇA; POSSUIR COLCHÃO DE ESPUMA DE DENSIDADE ADEQUADA AO CONFORTO DO PACIENTE; CAPA DE MATERIAIS ATÓXICOS E AUTOEXTINGUIVEIS; NÃO POSSUIR CANTOS VIVOS, FACILITANDO OS TRABALHOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO; PAINEL DE CONTROLE MICROPROCESSADO DE FÁCIL ACESSO E REMOÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO, POSSUIR DISPLAY DE LCD OU LEDS QUE APRESENTE AS INFORMAÇÕES DOS PARÂMETROS MONITORADOS; SERVOCONTROLE DE TEMPERATURA DO AR ATC (TEMPERATURA DO AR CONTROLADA) E DE PELE ITC (TEMPERATURA DO RN CONTROLADA), SERVOCONTROLE CONTINUO DE UMIDADE RELATIVA DO AR; ALARMES DE INDICAÇÃO VISUAL E SONORO DE NO MÍNIMO: ALTA TEMPERATURA AR/PELE; BAIXA TEMPERATURA AR/PELE; ALTA DE CIRCULAÇÃO DO AR; HIPOTERMIA E HIPERTERMIA, DESCONEXÃO DO SENSOR À PELE DO PACIENTE, FALTA DE SENSOR, FALTA DE ENERGIA, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO EM CASO DE ALTA TEMPERATURA; SISTEMA DE SEGURANÇA; POSSUIR TECLA PARA SILENCIAR ALARMES MOMENTANEAMENTE; INDICAÇÃO DAS TEMPERATURAS MEDIDAS E AJUSTADAS DE PELE E AR, PELO MENOS. MEMORIZAÇÃO DOS ÚLTIMOS VALORES PROGRAMADOS DE TEMPERATURAS, UMIDADE E ALARMES			
Quantidade: 4	Valor Unit.: 20.450,00	Valor Total: 81.800,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 GIGANTE RECÉM NASCIDO LTDA EPP	077 62.413.869/0001-15	21.479,00	20.450,00	Não
2 FANEM LTDA	075 61.100.244/0001-30	39.000,00	30.000,00	Não

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
CIRURGICA PARMA LTDA	092 10.368.534/0001-29	21.479,00	21.479,00	Sim

AUTORIDADE: GONÇALO APARECIDO DE BARROS