



PREFEITURA MUNICIPAL DE
VÁRZEA GRANDE

amar • cuidar • acreditar

CI N. 468/2018/Sup. De Aquisição/SMS

Várzea Grande-MT, 05 de Dezembro de 2018.

Ilmo Sr^a

Francisca Luzia de Pinho

Pregoeira

Assunto: Parecer Técnico

Prezada Pregoeira,

Em resposta ao TERMO DE RECEBIMENTO/SAD datado de 03 de dezembro de 2018, encaminhamos a V. Sr^a., avaliação técnica do Pregão 60/2018, para as devidas providências cabíveis, referente as empresas abaixo citadas:

- RINALDI E COGO LTDA-ME

Atenciosamente,


Enedil Ana Mendes da Silva
Superintendente Aquisição/SMS

PROTOCOLO Nº	
Data: <u>05/12/18</u>	Hora: <u>17:10</u>
Resp.: <u>Maulson M.</u>	
Setor de Licitação - P. M. V. G.	



CI n. 372/2018/SUPPLIC/SAD

Várzea Grande - MT, 10 de dezembro de 2018.

Aos Ilmo. Sras.

Lucimar Rocha Martins

Elaboradora do Termo de Referência

DANIELLE CRISTINA LEITE MARTINS DE CAMPOS

SUPERINTENDENTE DO CADIM/SMS

Prezada Senhoras,

Encaminho amostra das empresas abaixo relacionado referente Pregão Eletrônico n. 60/2018, cujo objeto, REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL **AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR** PARA ATENDER A REDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VÁRZEA GRANDE-MT.


Empresas:

HIPERDENTAL COMÉRCIO E REP. DE PROD. ODONTOLOGICO E MÉD. HOSPT. LTDA-EPP
ITEM 15.

OPEN FARMA COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA, ITEM 8 e 143

Atenciosamente,


Francisca Luzia de Pinho
Pregoeira





PREFEITURA MUNICIPAL DE
VÁRZEA GRANDE

amar - cuidar - acreditar

CI N. 469/2018/Sup. de Aquisição/SMS

Várzea Grande-MT, 10 de Dezembro de 2018.

Ilmo Sr^a

Francisca Luzia de Pinho

Pregoeira

Assunto: Parecer Técnico

Prezada Pregoeira,

Em resposta a CI Nº 372/SUPPLIC/SAD datado de 10 de dezembro de 2018, encaminhamos a V. Sr^a., avaliação técnica do Pregão 60/2018, para as devidas providências cabíveis, referente as empresas abaixo citadas:

- HIPERDENTAL COMÉRCIO E REP. DE PROD. ODONTOLÓGICO E MÉD. HOSPL LTDA-EPP;
- OPEN FARMA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.

*Recebido em 10/12/18
às 16:49 por Sênio
Mesquita*



Atenciosamente,


Enedil Ana Mendes da Silva

Superintendente Aquisição/SMS

AVALIAÇÃO TÉCNICA P.E. 60/2018**FORNECEDOR:** *Rinaldi & Cogo LTDA - ME***DAS AMOSTRAS**

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	ENTREGUE	CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO	ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL
106	Luva para procedimento não cirúrgica, grande, látex natural lubrificada com pó bioabsorvível, atóxico, descartável.	DESCARPACK	SIM	Resistência à tração; Apresentar certificado de aprovação do ministério do trabalho e emprego e inmetro	SIM
107	Luva para procedimento não cirúrgica, pequeno, látex natural lubrificada com pó bioabsorvível, atóxico, descartável.	DESCARPACK	SIM	Resistência à tração; Apresentar certificado de aprovação do ministério do trabalho e emprego e inmetro.	SIM

PARECER TÉCNICO

A Empresa cumpriu com todos os requisitos de habilitação técnica e das amostras.

Responsável Técnico Avaliador

APROVADO
Danielle Cristina Leite Martins de Campos
CRF-MT 2072 - Superintendente do Cadim

Várzea Grande, 04 de dezembro de 2018



PREFEITURA MUNICIPAL DE
VÁRZEA GRANDE
amar • cuidar • acreditar



SECRETARIA DE SAÚDE

AVALIAÇÃO TÉCNICA P.E. 60/2018

FORNECEDOR: *Hiperdental Comércio e Representação de Produtos Odontológicos e Médico - Hospitalar LTDA EPP*

DAS AMOSTRAS

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	ENTREGUE	CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO	ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL
15	Atadura de crepom medindo 8 cm de largura por 1,8m de comprimento esticado, com 13fios/cm, confeccionada com no mínimo 90% em algodão cru, com bordas delimitadas, acabadas, elasticidade adequada, enrolada uniformemente (de forma cilíndrica), isento de defeitos, com peso superior a 17g, embalagem individual e após em pacotes com 12 (doze) unidades, contendo na parte externa os dados de identificação, procedência, data de validade e registro no ministério da saúde, conforme código de defesa ao consumidor.	MB TEXTIL	SIM	Resistência para compressão; Estar uniformemente enrolada; Isenta de quaisquer defeitos; Registro na anvisa; Acondicionadas em pacotes individuais e reembaladas em pacote plástico; Apresentar exatamente o tamanho solicitado.	SIM

PARECER TÉCNICO

A Empresa cumpriu com todos os requisitos referente à especificação da amostra.	Responsável Técnico Avaliador
APROVADO	 Danielle Cristina Leite Martins de Campos CRF-MT 2072 - Superintendente do Cadim



PREFEITURA MUNICIPAL DE
VÁRZEA GRANDE
amar • cuidar • acreditar



SECRETARIA DE SAÚDE

AVALIAÇÃO TÉCNICA P.E. 60/2018

FORNECEDOR: *Open Farma Comércio de Produtos Hospitalares Ltda*

DAS AMOSTRAS

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	ENTREGUE	CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO	ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL
8	Agulha hipodérmica estéril, descartável, calibre 20 x 5,5 de uso único; constituída por tubo de aço inox aixi 304 (nbr 5601) de formato cilíndrico, reta, oca, com bisel tri facetado e afiado centralizado ao longo do eixo central longitudinal do canhão; com canhão constituído em polipropileno (plástico) com polipropileno (plástico) com formato e dimensões universalmente que proporcione encaixe perfeito de condutores (seringas, cateteres, equipos, etc.) 6% de conicidade na parte interna e coloração segundo nbr 9259/86; protetor de polipropileno (plástico) projeção interna que mantém agulha centrada com parte disponível do canhão exteriorizada a fim de permitir acoplamento à seringa sem contato manual com perfeita adaptação ao canhão, agulha deverá ser devidamente nivelada, polida, resistente, isenta de aspereza e/ou ondulações, lubrificada com silicone de pureza farmacêutica grau médico-hospitalar, ter lúmen limpo, sem materiais estranhos, rebarbas ou resíduos de manufatura do aço; fixação e vedação ao canhão conforme nbr 9259/86; calibre 20x5,5, para uso geral em procedimentos terapêuticos (im/ev/sc e/ou id), agulha de diâmetro 26g, comprimento de 4,5cm,	SR	SIM	Resistência da agulha a corrosão na cânula (tubo de aço); Bisel afiado, sem rebarbas, resíduos ou sinais de oxidação; Que não haja possibilidade de ferimentos, de contaminação e desperdícios de medicamentos; Dispositivo de segurança de fácil manuseio; Atendimento as normas da anvisa; Certificado do inmetro.	SIM

Handwritten signature

143	Agulha hipodérmica, 40 x 12 corpo em aço inox siliconizado, bisel curto trifacetado, conector em plástico luer, protetor plástico, estéril, descartável, embalagem individual.	SOLIDOR	SIM	Resistência da agulha a corrosão na cânula (tubo de aço); Bisel afiado, sem rebarbas, resíduos ou sinais de oxidação; Que não haja possibilidade de ferimentos, de contaminação e desperdícios de medicamentos; Dispositivo de segurança de fácil manuseio; Atendimento as normas da anvisa; Certificado do inmetro.	SIM
PARECER TÉCNICO					
A Empresa cumpriu com todos os requisitos referente à especificação da amostra.		Responsável Técnico Avaliador			
APROVADO		 Danielle Cristina Leite Martins de Campos CRF-MT 2072 - Superintendente do Cadim			

Várzea Grande, 10 de dezembro de 2018