



AVALIAÇÃO TÉCNICA P.E. 14/2022

FORNECEDOR: SANTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

CNPJ: 58.426.628/0001-33

DAS AMOSTRAS

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	ENTREGUE	CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO	ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL
1	EQUIPO FOTOSSENSÍVEL- FINALIDADE - P/INFUSÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS (MEDICAMENTOS), COMPATÍVEL C/ A BOMBA COM FILTRO DE RESTRIÇÃO DE PARTÍCULAS, APRESENTAÇÃO EM UNIDADE. AVULSA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, PROIBIDO REPROCESSAR. O GANHADOR DO ITEM DEVERÁ FORNECER BOMBAS DE INFUSÃO, COMPATÍVEL COM O EQUIPO, EM REGIME DE COMODATO.	SANTRONIC	SIM	RESISTENCIA DO MATERIAL, MAIOR SEGURANÇA NA ADMINSTRAÇÃO DAS MEDICAÇÕES DEVIDO FILTRO, E POR SER FOTOSSENSIVEL, ADEQUADO PARA A BOMBA DE INSFUSÃO UTILZADA NA UNIDADE.	SIM
2	EQUIPO DE PRIMER REDUZIDO PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS (MEDICAMENTOS), UTILIZADO EM BOMBA DE INFUSÃO DE SISTEMA LINEAR DE USO ÚNICO, CÂMARA DE GOTEJAMENTO FLEXÍVEL, FILTRO DE SOLUÇÃO, TUBO EM PVC, ACESSO PARA CONEXÃO SEM AGULHA, LUER LOCK ROTATIVO E PROTETOR CARTA FLUXO. APRIROGENICO ATÓXICO TUBO COM COMPRIMENTO APROXIMADO DE 160 CM. O GANHADOR DO ITEM DEVERÁ FORNECER BOMBAS DE INFUSÃO, COMPATÍVEL COM O EQUIPO, EM REGIME DE COMODATO.	SANTRONIC	SIM	RESISTENCIA DO MATERIAL, MAIOR SEGURANÇA NA ADMINSTRAÇÃO DAS MEDICAÇÕES DEVIDO FILTRO, ADEQUADO PARA A BOMBA DE INSFUSÃO UTILZADA NA UNIDADE.	SIM
3	EQUIPO DE BOMBA DE INFUSÃO PARA ADMINISTRAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL, FOTOSSENSIVEL COMPATÍVEL COM A BOMBA DE INFUSÃO, SEGUINDO A ISSO 8536-8.IS.P, COM PINÇA TIPO ROLETE, COM INJETOR LATERAL, CLAMP ANTIFLUXO LIVRE, CONECTOR NO LUER, CONECTOR LONGO NO LUER, TUBO E CÂMARA FOTO, FILTRO 0,2 MC, BURETA DE PRECISÃO, CONECTOR LUER LOCK. DIMENSÕES APROXIMADAS: EQUIPO: 1,50 M A 3,0 M. REGIME DE COMODATO, BOMBAS DE INFUSÃO, EM PERFEITAS CONDIÇÕES, PARA USO NO CONTROLE DE DIETAS PARENTERAIS, AS QUAIS DEVERÃO SER COMPATIVÉIS COM AS DIETAS EXISTENTES NO MERCADO E SEUS RESPECTIVOS ADAPTADORES (SEM CUSTO ADICIONAL).	SANTRONIC	SIM	RESISTENCIA DO MATERIAL, MAIOR SEGURANÇA NA ADMINSTRAÇÃO DAS MEDICAÇÕES DEVIDO FILTRO, ADEQUADO PARA A BOMBA DE INSFUSÃO UTILZADA NA UNIDADE.	SIM
4	EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL COM FILTRO DE AR PARA USO ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES DE NUTRIÇÃO ENTERAIS DE USO GERAL, SEGUINDO A PADRONIZAÇÃO VIGENTE DE COR LILÁS PARA IDENTIFICAÇÃO DE USO ENTERAL. CONFECCIONADO COM MATÉRIA PRIMA ATÓXICA COM PONTA PERFURANTE COM CONEXÃO UNIVERSAL, COM FILTRO DE AR QUE FACILITA A COLABAGEM DO FRASCO DE NUTRIÇÃO; COM PINÇA ROLETE PARA CONTROLAR O FLUXO DA DIETA, GARANTINDO EXCELENTE PRECISÃO NO CONTROLE DO GOTEJAMENTO; COM CONECTOR ESCALONADO INCOMPATÍVEL COM DISPOSITIVOS DE INFUSÃO INTRAVENOSA, CONECTANDO-SE APENAS COM A Sonda DE NUTRIÇÃO ENTERAL. DEVERÁ CEDER, EM REGIME DE COMODATO, BOMBAS DE INFUSÃO, EM PERFEITAS CONDIÇÕES, PARA USO NO CONTROLE DE DIETAS ENTERAIS, AS QUAIS DEVERÃO SER COMPATIVÉIS COM AS DIETAS EXISTENTES NO MERCADO E SEUS RESPECTIVOS ADAPTADORES (SEM CUSTO ADICIONAL).	SANTRONIC	SIM	RESISTENCIA DO MATERIAL, MAIOR SEGURANÇA NA ADMINSTRAÇÃO DAS MEDICAÇÕES DEVIDO FILTRO, ADEQUADO PARA A BOMBA DE INSFUSÃO UTILZADA NA UNIDADE.	SIM

PARECER TÉCNICO

DAS AMOSTRAS: A Empresa cumpriu com todas especificações do edital.

APROVADO

Responsável Técnico Avaliador:

Kelly Cristiane Surian Becker
Kelly Cristiane Surian Becker

Farmacêutica - CADIM/SMS/VG - CRF-MT:1000

João Santana Botelho
João Santana Botelho
Assessor de Gestão - SMS/VG

Gideão Boarez do Prado
Gideão Boarez do Prado
Gestor Público - CADIM/SMS/VG



Várzea Grande, 05 de Julho de 2022