



CI DIR. GERAL Nº 1030/2022

Várzea Grande, 20 de Setembro de 2022

**De:** Sebastião Ney da Silva Provenzano  
Assessor de Gestão e Atenção Hospitalar

**Para:** Francisca Luzia de Pinho  
Pregoeira

**Assunto:** Resposta ao pedido de esclarecimento impetrada pela empresa HOSPCON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI referente ao Pregão Eletrônico 017/2022.

Prezada,

Considerando o pedido de esclarecimento impetrado pela empresa HOSPCON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI, referente Pregão eletrônico nº 17/2022, esclarecemos:


**Dos questionamentos:**

1. *Item 22 – ECOCARDIOGRAFO – TIPO ULTRASSOM PORTÁTIL: A Solicitação do termo de referencia é exclusiva para impressoras do tipo laser ou, se seria possível o oferecimento de outro tipo de impressora que seja colorida e totalmente compatível com o equipamento?*

Não seria possível o oferecimento da impressora a tinta, pois isso aumentaria o custo de consumíveis de um equipamento que é amplamente utilizado nos diagnósticos dos pacientes. Sendo assim, mantém a necessidade da impressora a laser colorida.

Sem mais para o momento, renovo votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

  
Sebastião Ney da Silva Provenzano  
Assessor de Gestão e Atenção Hospitalar

