



DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA			
<b>PREGAO: 16/2020</b>	<b>LOTE/ITEM:</b>		
<b>FORNECEDOR: ELISVANDIA MATOS DONINI - EIRELI</b>			
DOCUMENTAÇÃO	ENTREGUE		OBSERVAÇÃO
	SIM	NAO	
<b>10.9.1-</b> Apresentar atestado de capacidade técnica em original ou cópia autenticada em cartório, apresentando o documento original, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome e a favor da empresa licitante, que comprove a aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível com o fornecimento de materiais/produtos e insumos odontológica ou produtos para saúde.	X		<b>OBSERVAÇÕES</b>  *O <b>Item 53- REPROVADO</b> , porque o produto não atende às especificações exaradas no edital, sendo que foi solicitado que o fio retrator seja impregnado com cloreto de aluminio e isento de epinefrina. O produto apresentado na proposta diz que o fio retrator <u>não é impregnado</u> e não ficou comprovado que é isento de epinefrina. (Segue foto da especificação do produto ofertado).
<b>10.9.2-</b> Não será aceito atestado emitido pela própria licitante, sob pena de infringência ao princípio da moralidade, pois a licitante não possui impessoalidade necessária para atestar sua própria capacidade técnica.	X		
<b>10.9.3-</b> Os atestados devem conter:	X		
<b>10.9.3.1-</b> CNPJ e endereço atualizado da licitante;	X		
<b>10.9.3.2-</b> Indicação do número do contrato ou do empenho que originou a contratação;	X		
<b>10.9.3.3-</b> Relatório dos produtos fornecidos;	X		
<b>10.9.3.4-</b> Nome completo, CPF, telefone, cargo e assinatura do responsável pela sua emissão.	X		
<b>10.9.4-</b> Todos os atestados apresentados na documentação de habilitação deverão conter, obrigatoriamente, a especificação dos produtos entregues, o nome e cargo do declarante.	X		





administrativas necessárias.			
<b>10.9.5.6-</b> Ficará a cargo do proponente, provar que o produto objeto da licitação não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária (ANVISA).	X		
<b>PARECER TECNICO FINAL</b>			
O <b>item 53</b> que faz parte da proposta, <b>foi REPROVADO</b> por não atender a especificação do Edital.			
<b>RESPONSAVEL TECNICO AVALIADOR</b>			
 <b>Andréa Regina do Nascimento Vrech Coelho</b> Superintendente Saúde Bucal/SMS-VG			

Várzea Grande-MT, 30 de abril de 2020.





Item 53- Fio retrator gengival fino - Marca: BIODINAMICA

The screenshot shows the website for Biodinâmica. At the top left is the logo with the tagline "respeito por você". To the right are navigation links: "Empresa", "Produtos", "Artigos", "Blog", and "Contato". Below these is a "Programa de fidelidade" button. The main content area is titled "RETRAFLEX". On the left is a "Categorias" sidebar with a tree structure. The central part features a large image of the product packaging and a smaller grid of product images. To the right of the main image is a text block with the following sections:

**RETRAFLEX**  
**APRESENTAÇÃO**  
 1 unidade com 250x10 de fio RETRAFLEX, disponível para  
 45664000  
 Q. 01. 032. 1.728.3.

**VANTAGENS**

- Disponível em 5 embalagens diferentes;
- Fácil aplicação;
- ~~sem anestesia~~ pode ser utilizado em pulpa, restauração  
 e extração;
- Possui maior elasticidade que fio de aço inoxidável;
- Ajuda a prevenir danos no tecido gengival durante a limpeza  
 rotineira;
- Material de alta resistência, permitindo uma abordagem  
 completa.

At the bottom of the text block is a "Mais informações" button.