


**GesPro**
Gestão de ProcessosESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDESetor de Licitação
P. M. V. G.
Folha nº**Nr. Remessa:** 00291914**Data Remessa:** 2017-05-29**Hora:** 11:31**Enviado Por:** Francisca Luzia de Pinho**Destino:** SUPERINTENDENCIA DE LICITAÇÃO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE**Observação:** ENCAMINHO CI N.306/2017 RESPOSTA DA
EQUIPE TECNICA REFERENTE AO PREGAO 07/2017.**Nr Processo** **Requerente**
00417382/16 SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL**Tipo Documento**
PROCESSO LICITATÓRIO

Assinatura Recebimento

Assinatura Envio



COMUNICAÇÃO INTERNA

De. Superintendente de Gestão	Sup. de Licitação	Data: 31/05/ 2017	Nº CI 306
----------------------------------	-------------------	----------------------	--------------

Senhor Pregoeiro,

Sirvo-me do presente, preliminarmente, para externar o meu apreço e consideração para com V.S.^a.

Em resposta a Ci nº 141/2017 , referente ao Pregão Eletrônico nº 07/2017, segue anexo CI nº 2721/2017 e 2632 da equipe técnica.

Sem mais para o momento, coloco-me a disposição para sanar eventuais dúvidas e deste já, agradeço à atenção.

Atenciosamente,


Enedil Ana Mendes da Silva
Superintendente de Gestão



Da: Assessoria GAB/Coordenação de Saúde Bucal	Para: Superintendência de Gestão	CI: 2721/2017/SMS	Data: 31/05/2017
---	----------------------------------	-------------------	------------------

Recebido
P. M. V. G
Folha nº _____


Senhora Superintendente de Gestão,

Conforme solicitado, segue no anexo quadro com o parecer a respeito dos produtos e empresas que concorreram ao Pregão Eletrônico Nº 07, encaminhados através da CI Nº 141/2017 Superintendência de Licitação de 04/05/2017, Nr. Remessa 00291914.

Atenciosamente,


Narciso Santana da Silva
Assessoria de Gabinete SMS/Várzea Grande

Recebi em <u>31/05/17</u>
Às <u>10</u> <u>08</u> horas
Ass: 



Empresa	Lote/Produto	Aprovado/ Reprovado	Motivo	Descrição Edital	Descrição fornecida pela Empresa
EQUIPOS COMERCIAL LTDA	12/Compressor	Aprovado	Atende às especificações do anexo 1 do Edital Pregão Eletrônico Nº 07/2017.		
BIO LÓGICA	06/Fotopolimeri- zador	Reprovado	Na apresentação da proposta comercial da empresa Bio Lógica de 25 de maio de 2017, após os itens há a inscrição "PRODUTO CONFORME CATÁLOGO ANEXO PARA VERIFICAÇÃO E APROVAÇÃO", porém, na documentação enviada (remessa: 00291914) não há folder do referido equipamento descumprindo o item 10.6. EXIGÊNCIAS ESPECÍFICAS subitem 10.6.1. do Edital Pregão Eletrônico Nº 07/2017. Cita-se que o mesmo modelo foi reprovado (vide Nº CI: 2299/2017/SMS de 08/05/2017/2017) por não atender às especificações do anexo 1 do Edital Pregão Eletrônico Nº 07/2017 em relação a ponteira em aço inox.	FOTOPOLIMERIZADOR: Aparelho de fotopolimerização de resina, wireless com sistema LED e potencia mínima de 1200 m/cm2, com um único led, sinal sonoro de 5 em 5 segundos até 20. Apresente no mínimo 3 funções, sendo elas, gradual, pulso e contínua de intensidade de luz, potencia máxima superior a 500 mW/cm² com ponteira semi orientada em aço inox (blindada), para melhor condução de luz.	Não há catálogo com as especificações do produto
	7/Autoclave Horizontal	Reprovado	Não atende às especificações do anexo 1 do Edital Pregão	AUTOCLAVE HORIZONTAL: Com estrutura interna de AÇO	Autoclave ECEL – EC 21: Equipamento com design moderno, fácil assepsia.



			Eletrônico Nº 07/2017 em relação ao número de ciclos de esterilização pré-programados, vez que a especificação é que tenha 4 (quatro) tipos de ciclos.	INOX. Com capacidade mínima de 19 (dezenove) litros, válvula com abertura automática contra sobre pressão e sensor de sobre aquecimento, com comandos e dispositivos e controle totalmente eletrônicos para melhor operação e precisão no controle de tempo e temperatura, com quatro tipos de ciclo de esterilização pré-programados. Garantia mínima de 12 meses a partir da data de emissão da NF. Bivolt	câmara, suporte e bandejas em inox, baixo consumo de água, ciclo extra de secagem, tensão 127V ou 220V, tempo de esterilização de 15 minutos, tempo de secagem de 30 minutos, temperatura de 134°, volume de 21 litros e 1 ano de garantia. Código 03257 - 127V/03420 - 220V
	11/Bomba de vácuo	Reprovado	Na apresentação da proposta comercial da empresa Bio Lógica de 25 de maio de 2017, após os itens há a inscrição "PRODUTO CONFORME CATÁLOGO ANEXO PARA VERIFICAÇÃO E APROVAÇÃO", no catálogo onde aparece a bomba Kavo Vacuum VS4 a descrição não atende, pois não há especificações técnicas em conformidade com o anexo 1 do Edital Pregão Eletrônico Nº 07/2017.	BOMBA DE VÁCUO. Unidade suctora de alta potência com capacidade mínima para atender 04 (quatro) consultórios, vazão mínima de 200 litros por minuto, motor de no mínimo 1 HP com eixo de inox e flange. Rotor e tampa em bronze de alta resistência a oxidação e elevada vida útil. Com garantia mínima de 12 meses.	Descrição A KaVo Vacuum é a solução ideal para maior prevenção de riscos durante o atendimento odontológico. Elimina de 82% a 98% da névoa do spray, proporcionando maior visibilidade do campo operatório e minimizando ao máximo o risco de contaminação. Funciona como mini-central de vácuo. Separa e elimina óxido nitroso para fora do ambiente, deixando-o livre de riscos.